

(1) 报价明细表

项目名称：淄博市周村区人民医院电子胃肠镜等医疗设备采购

序号	产品名称	品牌	型号	生产厂家	产地	技术规格及配置要求	数量	单价 (元)	合价 (元)	小微企业产品
1	输尿管镜	德国狼牌	8702.534	理查德沃夫有限公司	德国	(1) 原装全新，适用于泌尿外科手术。(2) 外径 6-7.5Fr.，视向角 5°，工作长度 430mm，工作通道 1*4Fr. 或 2*2.4Fr. (3) 蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。(4) 无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。(5) 金属外壳，海螺型卡口，操控性好。(6) 超广角，观察到的视野范围更广阔。(7) 可浸泡、蒸熏、高温高压、低温等离子消毒，耐 134° C 高温，3bar 压力。(8) 物镜头采用独家一体式制作工艺，无拼接组装，有效提高视野通透性。(9) 灌流旋阀可拆卸进行清洗灭菌。	1	99600	99600	否
2	电子结肠镜	奥林巴斯	PCF-Q260JI	奥林巴斯医疗株式会社	日本	(1) 具有副送水管道，连接口位于导光插头部。(2) 黑白 CCD 顺次成像。(3) 拥	1	320000	320000	否

	肠镜				有 HDTV 超高清图像，可兼容 NBI 观察。(4) 视野角 ≥ 140 度、景深 $\geq 5-100\text{mm}$ 。 (5) 先端部外径 $\leq 10.5\text{mm}$ 、插入部外径 $\leq 10.5\text{mm}$ 。(6) 弯曲角度：上 ≥ 190 度，下 ≥ 190 度，左 ≥ 160 度，右 ≥ 160 度。(7) 钳子管道内径： $\geq 3.2\text{mm}$ 。 (8) 最小可视距离 $\leq 4\text{mm}$ 。				
3	电子胃镜	奥林巴斯	GIF-Q260J	奥林巴斯医疗株式会社 日本	(1) 具有副送水功能。 (2) 黑白 CCD 成像。 (3) 钳子管道内径 $\geq 3.2\text{mm}$ ，最小可视距离 $\leq 3\text{mm}$ 。 (4) 与电子染色内镜主机兼容且可实现特殊光观察，获得粘膜细微形态。 (5) 弯曲角度上 ≥ 210 度，下 ≥ 90 度，左 ≥ 100 度，右 ≥ 100 度。 (6) 视野角 ≥ 140 度，景深 $\geq 3-100\text{mm}$ ；视野方向：直视。 (7) 先端外径 $\leq 10\text{mm}$ ，插入部外径 $\leq 10\text{mm}$ 。 (8) 可兼容激光、高频；拥有内镜信息记忆功能。	2	400000	800000	否

4	奥林巴斯 电子支气管镜	BF- 1TQ170	奥林巴斯 医疗株式会社	日本	<p>(1) 钳子管道内径 $\geq 2.8\text{mm}$。</p> <p>(2) 最小可视距离 $\leq 3\text{mm}$。</p> <p>(3) 与电子染色内镜主机兼容且可实现特殊光观察，获得粘膜细微形态。</p> <p>(4) 弯曲角度上 ≥ 180 度，下 ≥ 130 度。</p> <p>(5) 视野角 ≥ 120 度。</p> <p>(6) 视野方向：直视。</p> <p>(7) 先端外径 $\leq 5.9\text{mm}$，插入部外径 $\leq 6.0\text{mm}$。</p>	1	280000	280000	否
5	机械血栓切除系统	Straub 80300	史卓博医疗公司	瑞士	<p>1 旋转速率： 共轴钢制螺旋，在机械血栓切除医疗动力系统和齿轮箱的驱动下，产生 40000 至 60000rpm (转/分钟) 转速。</p> <p>2 旋吸力： 产生负压吸力约 5.8KPa (43.5mmHg)</p> <p>3 血液损失： 病患的血液损失限制在 45ml/min (6F 导管)、75ml/min (8F 导管)、180 mL/min (10F 导管)。</p> <p>4 一般工作速度： 导管一般</p>	1	795000	795000	否

					可每秒通过 1cm 的闭塞片段，能够确保病患血液损失通常维持在临床相关水平下。 马达：马达持续运转输出 25-36W，转速 20,000-30,000rev./min。				
6	德国歌德	Megatron S4	德国歌德公司	德国	<p>1.1 具备超声乳化：具备传统超声乳化、冷超乳等多种模式，满足同轴小切口超乳、前段玻璃体切除、超声粉碎等功能。1.2 具备后段玻璃体切除功能：20G、23G、25G、27G 玻璃体切除术、硅油注入及取出、眼内电凝。1.3 具备独立的双眼内照明系统：氙灯照明和 LED 眼内照明。</p> <p>(2) 主机配置要求</p> <p>2.1 双泵系统：蠕动泵和文丘里泵。</p> <p>2.2 气动玻切：动力气体由内置空气压缩泵提供，无需外接氮气源。</p> <p>2.3 屏幕：≥15 寸高清触摸液晶屏。</p> <p>2.4 软件：模块化设计，手术流程可随意自定义编程，原厂全中文操作界面。</p> <p>2.5 脚踏：双线性脚踏，可</p>	1	1189000	1189000	否

				<p>实现线性、单线性、双线性。</p> <p>(3) 超声乳化技术要求</p> <p>3.1 手柄：钛合金超声手柄：振幅：$\geq 110\mu m$，频率：27-55kHz。</p> <p>3.2 能量输出模式：连续、脉冲、爆破、指数。</p> <p>3.3 超乳针头：支持 2.0mm、2.2mm、2.4mm、2.85mm 微切口手术。</p> <p>3.4 负压：含蠕动泵和文氏泵双泵系统，术中实时热切换；最大负压：600mmHg，负压上升时间：0.5-5s。</p> <p>3.5 前房稳定控制系统：全时负压监控、自动负压补偿、安全阻塞模式。</p> <p>3.6 双线性脚踏：可实现单线性及双线性控制，灵活控制超声能量及负压。</p> <p>3.7 双超乳手柄接口：一用一备。</p> <p>3.8 可重复消毒，耐高温高压管道 I/A 硅胶管道。</p> <p>(4) 高速玻切技术要求</p> <p>4.1 领先的气动玻切系统：具备高速单刃玻切头切速：≥ 6000 次/分钟</p> <p>具备高速双刃玻切头切速：</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>≥12000 次/分钟</p> <p>具备高速四刃玻切头切速： ≥24000 次/分钟</p> <p>顶端切割距离： ≤0.21mm</p> <p>玻切头切割过程中始终处于打开状态，提供稳定、持续、高效的抽吸液流。</p> <p>4.2 电动硅油注入/取出： 最大注入压力≥87psi (6000mbar)。</p> <p>4.3 电凝：具备可高温重复消毒使用的 20G、23G、25G 等眼内电凝探针和眼外电凝镊。</p> <p>4.4 双眼内冷光源照明系统：氙灯（含内置光毒性防护软件）和 LED 灯照明，支持吊顶灯，最大照明亮度≥80lm。</p> <p>4.5 脚踏：可单线或双线性控制玻切速率及负压。</p> <p>(5) 超声粉碎技术要求： 独立的超声粉碎针头，无需更换手柄；</p> <p>(6) 配置及耗材要求：</p> <p>6.1 配备专用台车</p> <p>6.2 具备可高温高压消毒的 I/A 管道、眼内外电凝系统、取油系统等配件，可高</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					温高压复消使用 6.3 一次专机专用耗材均 独立灭菌包装				
7	眼科 激光 光凝 仪	天津迈 达	MD-960	天津 迈达 医学 科技 股份 有限 公司	<p>(1) 治疗光</p> <p>1.1 #类型：半导体泵浦倍 频固体激光器。</p> <p>1.2 #波长：532nm。</p> <p>1.3 输出功率： 50mW~1200mW，分档可调。</p> <p>1.4 脉冲宽度：0.01s~3s, 分档可调。</p> <p>1.5 脉冲间隔：0.05s~1s, 分档可调。</p> <p>1.6 #光斑尺寸： 50um~500um，连续可调。</p> <p>(2) 瞄准光：</p> <p>2.1 类型：半导体激光器。</p> <p>2.2 波长：630nm-680nm。</p> <p>2.3 输出功率：<1.0mW，分 档可调。</p> <p>2.4 光斑尺寸：与治疗光相 同。</p> <p>(3) 冷却方式：风冷+TEC 冷却。</p> <p>(4) 输出方式：</p> <p>4.1 裂隙灯适配器。</p> <p>4.2 眼内光纤探针。</p> <p>(5) 体积： ≤ 40cmX30cmX20cm。</p>	1	292000	292000	否

8	后 节 显 微 镜	蔡司	OPMI LUMERA 300A	蔡司 科技 (苏 州) 有 限 公 司	苏州	<p>1 镜体</p> <p>1.1 光学系统：全部复消色差光学系统(含物镜、变倍和放大系统)，镜片镀膜。</p> <p>1.2 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比。</p> <p>1.3 变倍系数：$\gamma = 0.4x - 2.4x$.</p> <p>放大倍数：4.3 - 25.5 (目镜 12.5X)</p> <p>视场直径：8.6 - 51.8mm (目镜 12.5X)</p> <p>1.4 双目镜筒：45° 倾斜镜筒，$f = 170 \text{ mm}$</p> <p>1.5 目镜：12.5 x</p> <p>1.6 目镜屈光补偿：-8D 到 +5D</p> <p>1.7 物镜：F=200mm, 复消色差光学</p> <p>1.8 调焦：电动调焦，范围 50mm</p> <p>1.9 独立调焦变倍：助手镜系统 3 档变倍调节，独立调焦助手镜系统。</p> <p>XY 水平移动</p> <p>2.1 平移范围：\geq</p>	1	800000	800000	否

				<p>60mmX60mm，并具有自动复位功能。</p> <p>2.2 智能待机位置设计：智能环保设计，显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统，为连续工作提供便利。</p> <p>3 照明系统</p> <p>3.1 光源：带热传感器的LED 照明光源。</p> <p>超长寿命：≥50,000 小时，后剩余约 70 %亮度 色温约 4500 K (± 500 K)</p> <p>3.2 照明方式：</p> <p>2 度照明：提供高明亮、高对比的红光反射</p> <p>6 度照明：提供更具立体感的视野照明</p> <p>3.3 备用光源： ≥4 组 LED 光源，无需额外备用光源</p> <p>4 滤光片</p> <p>4.1 滤光片：</p> <p>视网膜保护滤光片(蓝光滤光片)</p> <p>卤素灯-模式滤光片</p> <p>模拟自然光滤光片</p> <p>5 脚踏</p> <p>5.1 脚踏： ≥12 种功能防水</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					脚踏 6 支架系统 6.1 支架系统：落地式支架，承重 \geq 9.5Kg 7 其他 7.1 配备广角镜系统，倒像镜系统 7.2 高清摄录像工作站				
报价合计(元)			大写： <u>肆佰伍拾柒万伍仟陆佰元整</u> 小写： <u>4575600 元</u>						

注：本表可依样扩展

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日期： 2022 年 11 月 25 日

(2) 选配件、专用耗材表 (若有)

项目名称: 淄博市周村区人民医院电子胃肠镜等医疗设备采购

序号	适用机型	生产厂家	品牌	型号	报价 (元)	备注
1	8702534 输尿管肾 镜	理查德沃尔 夫有限责任 公司	德国狼 牌	8801	1180 元/ 包	硅胶封帽 规格: 10 个/ 包
2	8702534 输尿管肾 镜	理查德沃尔 夫有限责任 公司	德国狼 牌	89101	1580 元/ 包	硅胶薄膜阀 规格: 10 个/ 包
3	80300 机械 血栓切除 系统	上海美创医 疗器械有限 公司	Straub	80202/8023 0/80224	28300 元	机械血栓切 除系统
4	MegatronS 4HPS	GEUDER AG	GEUDER AG	G-60700	810	一次性文丘 里泵和蠕动 泵集液盒套 装
5	MegatronS 4HPS	GEUDER AG	GEUDER AG	G-42302	2412	一次性 23G 高 速气动玻切 头
6	MegatronS 4HPS	GEUDER AG	GEUDER AG	G-46311	2025	一次性眼科 穿刺系统
7	MegatronS 4HPS	GEUDER AG	GEUDER AG	G-46321	1463	一次性 23G 标 准照明光导
8	MegatronS 4HPS	GEUDER AG	GEUDER AG	G-30146	324	一次性空气 管道

9	MegatronS 4HPS	GEUDER AG	GEUDER AG	G-28766	387	一次性气动 硅油注入适 配器
10	激光光凝 仪	天津迈达医 学科技股份 有限公司	天津迈 达	/	30000	裂隙灯适配 器

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期： 2022 年 11 月 25 日