

### 单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	潘中叶	职称	高级工程师
工作单位	淄博市中西医结合医院		
采购单位名称	沂源县中医医院		
采购项目名称	山东省淄博市沂源县中医医院CT球管采购项目		
供应商名称	山东拓庄医疗科技有限公司		
专家 论证 意见	<p>沂源县中医医院现在用CT型号为GE Optima CT660, CT球管为CT设备的核心配件之一, 目前该球管已达到更换要求。为保证与现CT设备的兼容性、稳定性与安全性, 确保更换球管后设备整机的正常运行和图像质量, 确保临床诊断结果的准确性和有效性, 经调研该球管只能购买原设备生产商生产的相匹配的CT球管。该情形符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定情形只能从“唯一特定供应商处采购”, 综上所述本次采购货物建议采用单一来源方式从原设备生产商针对本项目唯一授权经销商山东拓庄医疗科技有限公司处购买获得。</p>		
	专家签字: 潘中叶	日期: 2026年1月30日	

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	逄 之 忠	职称	主任技师
工作单位	淄博市临淄区妇幼保健院		
采购单位名称	沂源县中医医院		
采购项目名称	山东省淄博市沂源县中医医院CT球管采购项目		
供应商名称	山东拓庄医疗科技有限公司		
专家 论证 意见	<p>采购人拟购CT球管是匹配于现装GE Optima CT660型号CT设备的专用核心配件。其技术参数物理接口、控制协议及图像处理算法均需与主机设备高度匹配。属于确保该特定设备正常运行不可或缺的关键部件。</p> <p>CT球管是非通用配件，必须使用与现装主机技术参数完全一致的专用球管，才能保证设备整机系统的稳定性、安全性、可靠性。故只能从现装主机生产商处获得。山东拓庄医疗科技有限公司是原厂商在本地区的唯一授权单位。</p> <p>本项目符合《中华人民共和国政府采购法》“只能从唯一供应商处采购”的情形，建议“单一来源采购形式采购。”</p>		
专家签字：	逄 之 忠		日期：2026年1月30日

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	张玉明	职称	高级工程师
工作单位	淄博市中心医院		
采购单位名称	沂源县中医医院		
采购项目名称	山东省淄博市沂源县中医医院CT球管采购项目		
供应商名称	山东拓庄医疗科技有限公司		
专家 论证 意见	<p>沂源县中医医院拟招标采购的CT球管采购项目,招标采购的球管是在用GE Optima CT 660 CT设备损坏更新配套使用,为使更换球管后保证设备整机使用的稳定性、安全性和图像质量确保临床诊断结果的准确性,建议采用单一来源的方式采购GE CT 660设备原厂生产的CT球管,山东拓庄医疗科技有限公司是GE球管原厂授权的山东供应商。</p>		
	专家签字: 张玉明	日期: 2026年1月30日	