

投标报价明细表

项目名称：淄博市疾病预防控制中心 2023 年冷链设备采购项目

序号	货物 (产品) 名称	产品品 牌 / 规 格型号	生产 厂家	技术规格及 详细参数指标	数 量	报价 (元)		供货 完成 时间	备 注
						单价	小计		
1	医用冷藏冰箱 (常规预防接种门诊、站)	中科都菱 /MPC-5 V312S	安徽 中科 都菱 商用 电器 股份 有限 公司	1. 产品具有医疗器械注册证。 2. 立式，有效容积 312 升，双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体，防止表面凝露，展示效果更佳；内设 LED 冷光源照明灯。 3. 制冷方式风冷；箱内温度 2-8℃；箱内强制风冷系统，箱内温度均匀稳定。 4. 微电脑控制，数码温度显示，显示分辨率 0.1℃；LED 显示屏，显示精度 0.1℃（温度精确到小数点后一位数）。 5. 无霜设计，冷凝水自动蒸发。 6. 安全门锁设计，防止随意开启。 7. 工作条件 220V，50Hz；宽电压设计，187~242v 使用。 8. 无氟环保制冷剂。 9. 多重故障报警，具有蜂鸣	147	3710 .00	545370. 00	合同 签订 之日 起 30 日内 供货 安装 调试 完毕	提供 3 年 整 机 质 保

				<p>报警、灯光闪烁报警，可实现高低温报警、传感器故障报警。</p> <p>10. 配有一个测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测。</p> <p>11. 多层搁架设计，间距可调，数量可按需求增加。</p> <p>12. 配备 2 个脚轮、2 个底脚，便于移动且固定方便。</p> <p>13. 采用品牌压缩机风机，无氟环保制冷剂。</p>					
2	医用冷藏冰箱（产科预防接种室）	中科都菱/MPC-5V226S	安徽中科都菱商用电器股份有限公司	<p>1. 产品具有医疗器械注册证。</p> <p>2. 立式，有效容积 226 升，双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体，防止表面凝露，展示效果更佳。；内设 LED 冷光源照明灯，使箱体内部一目了然。</p> <p>3. 制冷方式风冷；箱内温度 2-8℃；高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；吹胀式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。</p>	30	3390.00	101700.00	合同签订之日起 30 日内供货安装调试完毕	提供 3 年整机质保

			<p>4. 微电脑控制，数码温度显示,显示分辨率 0.1℃；LED 显示屏，显示精度 0.1℃（温度精确到小数点后一位数）。</p> <p>5. 无霜设计，外挂丝管冷凝器，冷凝水自动蒸发。</p> <p>6. 标配安全门锁设计，防止随意开启。</p> <p>7. 所投设备工作条件 220V，50Hz；宽电压设计，187~242v 范围内正常使用。</p> <p>8. 采用无氟环保制冷剂。</p> <p>9. 多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。</p> <p>10. 配有一个测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度、湿度进行监测。</p> <p>11. 多层搁架设计，间距可调，数量可按需求增加。</p> <p>12. 4 个脚轮，其中 2 个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体；带 2 个调平脚，可固定箱体。</p> <p>13. 采用品牌压缩机风机，无氟环保制冷剂。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

3	医用冷藏冰箱 (接种台)	中科 都菱 /MPC-5 V60G	安徽 中科 都菱 商用 电器 股份 有限 公司	<p>1. 产品具有医疗器械注册证；</p> <p>2. 立式，有效容积 60 升，内设 LED 冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；</p> <p>3. 所投设备采用风冷制冷方式；箱内温度 2-8℃；强制循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀，使箱内温度均匀稳定。</p> <p>4. 微电脑控制，LED 数码温度显示，显示分辨率 0.1℃；LED 显示屏，显示精度 0.1℃（温度精确到小数点后一位数）。）</p> <p>5. 标配安全门锁设计，防止随意开启，保障存储安全。</p> <p>6. 所投设备工作条件 220V，50Hz；宽电压设计，187~242v 使用。</p> <p>7. 无氟环保制冷剂。</p> <p>8. 多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、门开报警、断电报警。</p> <p>9. 2 层搁架设计。</p> <p>10. 采用国际知名品牌压缩</p>	145	2128 .00	308560. 00	合同 签订 之日 起 30 日内 供货 安装 调试 完毕	提供 3 年 整 机 质 保
---	-----------------	----------------------------	--	---	-----	-------------	---------------	---	----------------------------------

				机风机，无氟环保制冷剂。					
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

注：1、请将所供的设备的详细供货范围、数量及报价等填写在表格内；

2、所有货物（产品）均应填写报价，如免费应注明“免费”，如包含在其它项的报价中应注明“报价中已含”。

供 应 商（签章）：山东华美生物科技有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期：2023 年 12 月 05 日

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠，若涉及实物优惠时请在报价中综合考虑）。