

招 标 文 件

(货物类)

项目编号：[SDGP370300000202202000738](#)

项目名称：[淄博市城市健康客厅采购项目（第二批）](#)

项目包号：[SDGP370300000202202000738A](#)

采购人：[淄博市中心血站](#)

采购代理机构：[山东东岳项目管理有限公司](#)

发出日期：[2022-10-14](#)

目 录

第一章 投标邀请.....	5
一、项目基本情况.....	5
二、申请人的资格要求：.....	6
三、获取招标文件.....	6
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	7
五、公告期限.....	7
4、请各供应商务必再次确认所上传的加密电子投标文件及 CA 数字证书状况，是否能正常参与开评标活动，若由此造成的一切后果均由各供应商承担。.....	8
5、各投标人应当在解密开始时间后 20 分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准）。由于投标人的自身原因，（包括但不限于以下情况：无 CA 锁相关插件，无网络，网络故障、忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新 CA 锁等），在规定时间内解密不成功的。由此造成的一切后果均由各投标人承担。.....	8
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。.....	8
1. 采购人信息.....	8
2. 采购代理机构信息.....	8
3. 项目联系方式.....	8
第二章 投标人须知.....	9
一、总 则.....	16
1.采购人、采购代理机构及投标人.....	16
2.资金来源.....	18
3.投标费用.....	18
4.适用法律.....	18
二、招标文件.....	18
5.招标文件构成.....	18
6.招标文件的澄清与修改.....	20
7.投标截止时间的顺延.....	21
三、投标文件的编制.....	21
8. 编制要求.....	21
9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....	21
10.投标文件构成.....	22
11.投标报价.....	25
12. 电子版投标文件.....	25
13.投标保证金.....	26
14.投标有效期.....	26
15.投标文件的签署及规定.....	26
四、投标文件的递交.....	26
16.投标文件的递交.....	26
17.递交投标文件的截止时间.....	27
18.投标文件的接收、修改与撤回.....	27
五、开标及评标.....	27
19.开标.....	27
20.资格审查.....	29
21.组建评标委员会.....	29
22.投标文件符合性审查与澄清.....	30
23.投标偏离.....	32

24. 投标无效.....	32
25. 比较和评价.....	34
26. 废标.....	36
27. 保密要求.....	36
六、 确定中标.....	36
28. 中标候选人的确定原则及标准.....	36
29. 确定中标候选人和中标人.....	36
30. 采购任务取消.....	37
31. 中标通知书.....	37
32. 签订合同.....	37
33. 履约保证金.....	37
34. 政府采购融资担保.....	37
35. 预付款.....	38
36. 廉洁自律规定.....	38
37. 人员回避.....	38
38. 质疑与接收.....	38
39. 项目其他相关费用.....	40
40. 合同公示.....	40
41. 验收.....	40
42. 履约验收公示.....	40
43. 招标文件解释权.....	41
第三章 货物需求.....	42
一、 项目概述.....	42
包 1、 高新区城市健康客厅.....	42
第四章 评标方法和标准.....	67
一、 支持节能环保、 中小微企业、 监狱企业、 残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策.....	67
1. 优采强采节能环保产品.....	67
2. 中、 小微企业.....	68
3. 监狱企业.....	68
4. 残疾人福利性单位.....	69
二、 评审办法（选择其中之一）.....	70
三、 评标标准.....	70
（一） 初步评审.....	70
（二） 详细评审.....	71
四、 结果确认（选择其中之一）.....	73
第五章 投标文件格式.....	74
一、 开标一览表.....	74
1. 开标一览表.....	74
二、 资格证明文件.....	75
2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件（扫描件）.....	75
3. 法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书.....	76
4. 法定代表人（非法人组织的负责人）授权书.....	77
5. 政府采购供应商信用承诺书.....	78
6. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件.....	79
三、 商务及技术文件.....	80

7. 投标函.....	80
8. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料.....	82
9. 投标报价明细表.....	84
投标报价明细表.....	84
10. 技术响应表.....	85
11. 环境标志产品明细表.....	86
12. 节能产品明细表.....	87
13. 其他用于评分的证明材料.....	89
14. 业绩一览表.....	90
15. 投标其他材料.....	91
16. 提供项目总体设计方案及设计图.....	92
17. 货物清单.....	93
18. 选配件专用耗材售后服务优惠表格式自拟.....	94
19. 产品情况说明.....	95
20. 供应商针对本项目具体的供货方案详细的技术支持与服务方案.....	96
21. 项目实施人员一览表.....	97
22. 供应商针对本项目制定的质量保证措施售后服务保障措施及服务承诺.....	98
23. 政策说明.....	99
一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策.....	99
2. 中、小微企业.....	100
3. 监狱企业.....	101
4. 残疾人福利性单位.....	102
第六章 政府采购合同格式.....	103

第一章 投标邀请

项目概况

淄博市城市健康客厅采购项目（第二批）招标项目的潜在投标人应当登录淄博市公共资源交易平台获取招标文件，并于 2022 年 11 月 4 日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370300000202202000738

项目名称：淄博市城市健康客厅采购项目（第二批）

采购方式：公开招标

预算金额：本项目预算为 160 万元，共分为 1 个包；其中：包 1 高新区城市健康客厅采购项目：160 万元；

最高限价：本项目预算为 160 万元，共分为 1 个包；其中：包 1 高新区城市健康客厅采购项目：160 万元；

采购需求：

- （1）采购标的名称：淄博市城市健康客厅采购项目（第二批）。
- （2）标包划分：本项目共划分为 1 个标包。
- （3）实施地点：高新区银泰城南广场
- （4）实施时间：签订合同后，接采购人通知之日起。
- （5）供货要求：完全符合国家或行业标准及招标文件技术要求的全新产品。
- （6）质量要求：合格。
- （7）质保期及售后：1、基础设施安装调试完毕并经验收合格之日起质量保修期五年。2、专业设备安装调试完毕并验收合格之日起质量保修三年。

合同履行期限：自签订合同之日起 80 日历天内完成供货、安装、调试、验收（具体时间以甲方通知为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策包括政府采购支持小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位等政府采购政策；
3. 本项目的特定资格要求：
 - (1) 《营业执照》（三证合一）（或由公证机关或发证机关出具的证明）
 - (2) 投标人具有由国家行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；
 - (3) 政府采购供应商信用承诺书；
 - (4) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
 - (5) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

- 时间：截止到 2022 年 11 月 3 日 14 点 00 分（北京时间）
- 地点：淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>）
- 方式：①已在淄博市公共资源交易平台（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>）注册的供应商，需要登录淄博市公共资源交易网网站首页点击“新系统登录入口”（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder>）根据页面提示重新完善信息。完善后在登录新系统免费下载采购文件。②未注册的供应商请到淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8082/>）在网站首页点击“新系统登录入口”（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder>）根据页面提示进行注册（注册类型：交易乙方）。咨询电话：0533-2270020、2270010、2270050，咨询时间：北京时间8：30-12：00，13：30-17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：400-998-0000。③为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，供应商还需同时在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/>）进行注册。未注册的供应商须登录中国山东政府采购网点击首页右侧“系统入口”模块的“供应商注册”进行注册。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年11月4日14点00分（北京时间）

方式：将加密的电子投标文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网“上传投标文件”栏目上传完成。①拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电子签章）后，方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博公共资源交易网→办事指南→服务指南）并按照须知要求办理。②供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。山东CA（山东省数字证书认证管理有限公司）证书办理电话为400-607-8966，CFCA（中金金融认证中心有限公司）证书办理电话为0533-3590310。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→服务指南），技术咨询电话：400-998-0000。

开标时间：2022年11月4日14点00分（北京时间）

地点：网上开标大厅。请各投标人在开标前登录网上开标大厅（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑、澄清等。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用网上开标模式，各供应商无需到达开标现场，请在开标时间截止前登录淄博市公共资源交易网网上开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑、澄清等。

2、各供应商在开标前根据“淄博网上开标大厅操作手册（投标人）”提前调试电脑。

3、在开标截止时间后，请各供应商根据网上开标流程进行操作并对投标文件进行解密。具体操作请参考并仔细阅读“淄博网上开标大厅操作手册（投标人）”（淄博市公共资源交易网→办事指南→服务指南），技术咨询电话：400-998-0000。

4、请各供应商务必再次确认所上传的加密电子投标文件及 CA 数字证书状况，是否能正常参与开评标活动，若由此造成的一切后果均由各供应商承担。

5、各投标人应当在解密开始时间后 20 分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准）。由于投标人的自身原因，（包括但不限于以下情况：无 CA 锁相关插件，无网络，网络故障、忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新 CA 锁等），在规定时间内解密不成功的。由此造成的一切后果均由各投标人承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：淄博市中心血站

地 址：淄博市张店区北西六路 30 号

联系方式：0533-2775680

2. 采购代理机构信息

名 称：山东东岳项目管理有限公司

地 址：淄博市张店区世纪路北首 333 号

联系方式：0533-3146848

3. 项目联系方式

项目联系人：苗绿

电 话：0533-3146848

第二章 投标人须知

投标人须知资料表	
条款号	内 容
1.1	采购人：淄博市中心血站 地 址：淄博市张店区北西六路 30 号 电 话：0533-2775680
1.2	采购代理机构：山东东岳项目管理有限公司 地 址：淄博市张店区世纪路北首 333 号 业务联系人：苗绿 电 话：0533-3146848 传 真：/
1.3.4	合格投标人的特定资格要求：1、《营业执照》（三证合一）（或由公证机关或发证机关出具的证明） 2、投标人具有由国家行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； 3、政府采购供应商信用承诺书； 4、供应商应未被列入“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn ）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）。 5、本项目不接受联合体投标。
1.3.5	是否专门面向中小企业采购：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.3.6	采购标的所属行业：制造业
1.3.7	是否允许进口产品参与投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）

	按分包及设备实际情况自行描述。
1.4	是否允许联合体投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.4.7	联合体的其他资格要求： /
2.2	<p>是否有分包：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>本项目（本包）预算额 160 万元，共分为 1 个包；其中：包 1 高新区城市健康客厅采购项目：160 万元</p> <p>本项目预算属于以下情形：</p> <p>(1) 项目为 非预采购项目 <input type="checkbox"/> 预采购项目 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(2) 项目为跨年度预采购项目，概算总金额 160 万元，采购年限为 1 年，当年安排数/万元。</p> <p>根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采〔2015〕33 号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。</p>
5.6	<p>是否现场踏勘：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>现场踏勘描述：统一现场考察 <input type="checkbox"/> 自行踏勘 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>现场踏勘时间：至</p> <p>踏勘地点： /</p> <p>联系人： / 联系电话： /</p> <p>是否答疑会：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>答疑会描述： /</p>
8.6	<p>不兼投 <input checked="" type="checkbox"/>；兼投不兼中 <input type="checkbox"/>；兼投兼中 <input type="checkbox"/></p> <p>说明与要求： /</p>
11.1	<p>报价要求：1、各供应商按照采购文件的要求及采购文件提供的报价表进行自主报价，全费用综合单价应包括但不限于完成本项目</p>

各项货物的出厂价、辅材费、包装费、运输费、装卸费、场地混凝土硬化费用、水电开户和安装费、移动光纤 2 条开户、安装相关费、房屋、设备安装调试费、缺陷修复费、货物涨价风险费、检验检测费(如需检测还包含供应商企业自检费用)、人员培训费、企业管理费、验收、售后服务、维护保养、保险、利润、税金、质保期内的服务费及其他一切不可预见的费用等全部内容，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的不可预见风险（除合同约定的风险范围外）一切风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用也须包括在总报价中。所报价格在合同实施期间不因人工、材料、等市场因素变化而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。供应商报价中未含或漏含的费用视为对采购人的让利，在以后合同执行中不予调整。

2、本项目为交钥匙工程。

3、供应商如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

4、采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

5、最低报价不能作为中标的保证。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、施工过程中符合安

	<p>全生产相关法律法规要求，涉及特种作业需持证上岗，并由中标方备案、备查。 7、中标方在施工前需要与采购方签订安全生产协议，施工中所有安全生产责任需由中标方负责。 8、施工需符合当地相关法律法规要求，及周边环境保护和城市市容要求，建筑垃圾及时清运。</p>
12.4	<p>本项目是否要求提供样品：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>是否提交投标保证金：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>）</p> <p>投标保证金数额： /</p> <p>提交投标保证金缴纳截止时间：</p> <p>投标保证金形式：银行转账、电汇、保函等非现金形式。</p> <p>注：1. 供应商通过银行转账、电汇等形式缴纳保证金的，需登录“投标人系统”（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder/memberLogin），在已报名的项目信息中点击“生成子账户”，供应商把约定金额转到子账户。</p>
13	<p>2. 供应商通过银行转账、电汇等形式缴纳保证金的，以“银行到账日期”为准。延时到账不予认可投标资格，请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况，提前足额缴纳并确保及时到账，否则后果自负。</p> <p>3. 项目结束后，银行会在规定的时间内自动将收取的投标保证金及其在银行产生的孳息原路退还到原账户。</p> <p>4. 供应商参加多个标段投标的，其投标保证金分标段提交。投标截止时间前必须到账。</p> <p>技术咨询电话：400—998—0000</p>
14.1	<p>投标有效期：90 日历日</p>
15.1	<p>需自行上传的文件：加密电子投标文件 1 份。加密的电子响应文</p>

	<p>件（文件格式为.zbtf），在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传（投标单位上传响应文件后，如遇CA锁续费，请投标单位及时撤销已上传响应文件，并用续费后的CA锁重新生成响应文件并上传）；注：加密的电子响应文件为使用淄博市公共资源交易网提供的电子响应文件制作工具（淄博市市公共资源交易网-下载中心-响应文件制作工具软件及相关插件下载）制作生成的加密版响应文件。【备注：根据采购人要求，成交供应商应及时提供纸质版的响应文件一式肆份给代理机构，纸质版的响应文件由最终定稿生成的“未加密版响应文件”打印并装订（未加密的电子响应文件应为与加密的电子响应文件同时生成的版本）；应加盖单位公章、并由全权代表签字或盖章。】针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子投标文件的视为文件制作机器码一致，不同供应商使用同一投标文件的过程稿制作并生成电子投标文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。份</p>
17.1	投标截止时间：2022-11-04 14:00
19.1	<p>开标时间：2022-11-04 14:00</p> <p>开标地点：投标人应将电子投标文件上传至淄博市公共资源交易网上会员系统</p>
20.2	采购人或采购代理机构查询投标人信用记录时间：参加政府采购活动前三年内
22.4	核心产品：城市健康客厅主体
25.2	评标方法：最低评标价法 <input type="checkbox"/> 综合评分法 <input checked="" type="checkbox"/>

29	<p>采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>推荐中标候选人投标人的数量： /</p>
33	<p>是否提交履约保证：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>履约保证的形式：履约保证金（非现金形式）、履约保函、履约担保函。</p> <p>提交履约保证的时间：签订合同后 5 个工作日内。</p> <p>履约保证金额：合同总价的 5%（不得超过政府采购合同金额的 10%）</p>
35.1	<p>是否支付预付款：否<input checked="" type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/></p> <p>预付款比例为/</p>
36.3	<p>反腐倡廉监督电话/邮箱：0533-3180171</p>
38.3	<p>质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：</p> <p>联系部门：淄博市中心血站或山东东岳项目管理有限公司</p> <p>联系电话：0533-2775680 或 0533-3146848</p> <p>通讯地址：淄博市张店区北西六路 30 号 或 淄博市张店区世纪路 333 号</p>
39.1	<p>中标服务费：100 万元以内按 1.50% 收取，100-500 万元按 1.10% 收取，（按差额定率累进法计算）。</p> <p>支付形式：电汇收款单位：山东东岳项目管理有限公司淄博分公司开户行：齐商银行淄博支行（行号：313453001092）帐 号：801114401421001121 电 话：0533-3583330</p> <p>支付时间：确定中标供应商后 5 个工作日内</p>
43	<p>招标文件解释权：最终解释权归采购人及采购代理机构所有。</p>
<p>适用于本投标人须知的额外增加的变动：</p>	

1	<p>投标人应具备以下资格条件：</p> <p>投标人资格条件（提供以下资料原件扫描件或电子签章件）： 1、《营业执照》（三证合一）（或由公证机关或发证机关出具的证明）</p> <p>2、投标人具有由国家行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； 3、如法定代表人（非法人组织的负责人）参加会议，须提供法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书（格式见附件）；如被授权代表人参加会议，则被授权代表人必须为本单位人员，须提供法定代表人（非法人组织的负责人）授权委托书（格式见附件）； 4、政府采购供应商信用承诺书；</p>
2	<p>是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：</p> <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
3	<p>货物验收：货物安装完成后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。投标方与采购方的同共参与下，安排专业公司进行空气抽检，并提供室内空气质量检测报告。检测合格并证明货物及配套设备 以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。验收合格后无息返还履约保证金。</p>
其他	
1	付款途径： 采购人支付
2	付款方式： 1、基础设施项目由区县财政局一次性或分期付款。分

	期付款方式为 2023 年支付合同总额的 30%货款，2024 年支付合同总额的 30%货款，2025 年支付合同总额的 40%货款. 2、专业设备项目由市中心血站一次性或分期付款。分期付款方式为 2023 年支付合同总额的 30%货款，2024 年支付合同总额的 30%货款，2025 年支付合同总额的 40%货款. 3、以上资金付款根据财政部门拨付资金到位情况支付。
3	交付日期（服务期限）：自签订合同之日起 80 日历天内完成供货、安装、调试、验收（具体时间以甲方通知为准）。
4	交付地点：甲方指定地点。
5	免费维护期、保修期：1、基础设施安装调试完毕并经验收合格之日起质量保修期五年。2、专业设备安装调试完毕并验收合格之日起质量保修三年。

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他资格要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6 本次采购标的所属行业详见投标人须知资料表。

1.3.7 进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应当保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应当符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交，否则投标将被认定为投标无效。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应当写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 货物：[淄博市城市健康客厅采购项目（第二批）](#)

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件是用以阐明所需货物的招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件共六章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 货物需求

第四章 评标方法和标准

第五章 投标文件格式

第六章 政府采购合同格式

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知资料表为准；投标人须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

注：如有最新的答疑后招标文件（文件格式为.zbcf，投标人必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标）。

5.3 投标人应当认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，会导致其投标被认定为投标无效，该风险由投标人承担。

5.4 招标文件以中文编印，且以中文为准。

5.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6 现场考察或者答疑会及相关事项详见投标人须知资料表。

5.6.1 招标文件投标人须知资料表规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.6.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 投标人经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各

项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应当对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.8 参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

5.9 投标人应当自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，同时，采购代理机构可将澄清或修改内容以电子形式上传至系统中，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。

投标人可登录系统查看澄清或修改内容。因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关采购活动可以继续有效进行。

6.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应当在规定时间内提出。投标人可登录淄博市公共资源交易网“供应商系统”使用“网上提问”中的“新增提问”提出异议。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

7. 投标截止时间的顺延

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

8. 编制要求

8.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若供应商没有按照采购文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应，其响应文件将会被拒绝，该风险由供应商承担。

8.2 投标人对多个分包进行投标的，应当以分包为单位编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的签署要求。

8.3 电子响应文件应该按照统一的响应文件制作工具以及采购文件要求制作编制。

8.4 投标人应当按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

8.5 投标人应当编制投标文件目录、内容。

8.6 关于兼投不兼中要求详见供应商须知资料表。

8.7 投标文件中提供的扫描件应当真实、完整、清晰，由此造成的一切不利后果由投标人自行承担。

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投标包中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

9.3 无论招标文件第三章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应当符合国家强制性标准。

9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

9.5 投标文件应当以中文书写。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应当附有相应内容的中文翻译本，在解释相应的文件时以中文翻译本为准。

9.6 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应的文件或决定对其投标予以拒绝。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当通过淄博市公共资源交易网下载的“投标文件制作工具”编写投标文件。在投标截止时间前上传经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一数字证书）。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

10.2 上述文件应当按照招标文件的规定签署。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。

10.3 投标人应当提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.4 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 本项目采用电子投标，须使用用于证明投标人身份的单位电子签名的实名认证证书和用于投标人编制电子投标文件的制作软件。

申请办理实名认证证书的方式：详见《数字证书办理注意事项及相关资料下

载》（淄博市公共资源交易网→我要下载）。

电子投标基本流程：详见“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易网→服务指南）。

请确保在开标时实名认证证书在有效期内，投标人实名认证证书在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件（文件格式为.zbtf），否则将造成电子投标文件无法进行解密（加密和解密必须使用同一数字证书）。

因投标人以下原因，投标将被拒绝：

（1）投标截止时间前，投标人未成功上传投标文件的；

（2）对已生成的电子投标文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

（3）开标时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者投标人实名认证证书在续期后未在开标前重新制作和上传电子投标文件，导致无法解密的。

（4）投标截止时间后，投标人在规定时长内未能成功解密的。

10.6 投标人提交的投标文件应当包含以下各个部分，具体组成内容见第五章投标文件格式。

10.6.1 开标一览表

10.6.2 资格证明文件

10.6.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责。

10.6.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

10.6.2.3 投标人应当将其资格证明文件中的相关证书（证件）的扫描件上传至电子投标文件对应章节中，并确保清晰可见，未按要求上传或扫描件不清晰的，将导致资格审查不予通过，一切后果由投标人负责。

10.6.3 商务部分

10.6.3.1 投标函； 10.6.3.2 投标报价表； 10.6.3.3 投标报价明细表；
10.6.3.4 技术规格参数、商务条款偏离表； 10.6.3.5 提供项目总体设计方案及
设计图； 10.6.3.6 货物清单； 10.6.3.7 选配件、专用耗材、售后服务优惠表
(格式自拟)； 10.6.3.8 产品情况说明(包括品牌、型号、制造商、原产地、
使用年限、物理性能、技术指标、性能指标、主要技术参数说明、制造标准、随
机软件、产品宣传彩页或手册、国家及地方相关质量、验收标准及产品符合国家
及地方质量、验收标准的情况等,所有技术指标必须表述清楚,否则任何含糊不
清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任)；
10.6.3.9 供应商针对本项目具体的供货方案、详细的技术支持与服务(培训)
方案； 10.6.3.10 项目实施人员(主要从业人员及其技术资格)一览表(格
式自拟)； 10.6.3.11 供应商针对本项目制定的质量保证措施、售后服务保障措
施及服务承诺(包括:质保期、备品备件的供应、维护方式、技术指导、上门服
务响应时间、是否收费及收费标准、联系人、联系电话、质保期外的终身优惠服
务方案等)； 10.6.3.12 完成同类项目的业绩

10.6.4 技术部分

10.6.4 资格审查资料 a、《营业执照》(三证合一)(或由公证机关或发证机
关出具的证明)； b、投标人具有由国家行政主管部门颁发的医疗器械生产许
可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； c、政府采购供应商信用
承诺书原件扫描件； d、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件扫
描件 e、供应商认为有必要提交的有关企业信誉、荣誉证书及获奖资料等原件扫
描件 10.6.5 用于政府采购政策加分的证明资料； a、中小企业声明函原件扫描
件(中小企业提供) b、供应商所在地省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含
新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件(监狱企业提供)
c、《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件(残疾人福利性单位提供)

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应当提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均以人民币报价，报价要求详见投标人须知资料表。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应当在投标报价明细表上标明投标货物的单价（如适用）和总价。

11.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

11.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6 除投标人须知资料表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

12. 电子版投标文件

12.1 投标文件内容为上述 10.6.1、10.6.2、10.6.3、10.6.4 条款要求内容，格式为加密的电子投标文件（文件格式为.zbtfl）。

12.2 投标人应当在投标截止时间前将投标文件上传至淄博市公共资源交易平台系统。

12.3 无论投标结果如何，在开标后，电子版投标文件均不退回。

12.4 投标人须知资料表规定投标人应当提交样品的，样品构成投标文件的组成部分。

13. 投标保证金

根据鲁财采（2019）40号、淄财采（2019）7号的规定，本项目不收取投标保证金。

14. 投标有效期

14.1 投标应当在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应当以书面形式提交。

15. 投标文件的签署及规定

15.1 投标人应当按投标人须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子投标文件（文件格式为.zbtg），应当在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传。

15.2 电子投标文件须按照招标文件要求在指定位置加盖投标人公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章（签字或盖章），否则将导致其投标被拒绝。

15.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的递交

16.1 本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件。投标人应当按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询

电话请见招标公告。

16.2 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入淄博网上开评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

17. 递交投标文件的截止时间

17.1 投标人应当在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。投标人递交投标文件的时间和地点详见投标人须知资料表。

17.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

17.3 除投标人须知资料表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

18. 投标文件的接收、修改与撤回

18.1 采购人或采购代理机构将通过淄博市公共资源交易平台系统自动接收投标人上传的投标文件。

18.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前在淄博市公共资源交易平台系统中进行撤回。

18.3 如果在投标截止时间前需要对已经成功生成并上传淄博市公共资源交易平台系统的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当先撤回原文件，使用自备计算机和投标文件制作软件重新制作生成新的电子投标文件，并在投标截止时间前重新上传。

18.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

19. 开标

19.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表规定的开标时间和地点组织开标。

本项目采用网上开标模式。各投标人无需到达开标现场，请在开标前登录淄

博市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/BidOpeningHall>) 网上开标大厅。

投标人不足 3 家的，不得开标。

19.2 开标截止时间后，请投标人根据网上开标流程进行操作并对投标文件进行解密, 以及答疑、澄清等。开标时，由各投标人在解密开始时间后 20 分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准），因投标人自身原因导致未在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件。

19.3 采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

19.4 开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布投标人名称、投标价格等其它内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标系统内及时声明，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

投标人对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在开标系统中提出询问或者回避申请。

投标人应当在开标前根据“网上开标大厅操作手册（投标人）”（具体操作请参考淄博市公共资源交易网→服务指南→网上开标大厅操作手册（投标人））提前调试电脑，技术咨询电话：400-998-0000。

在项目开评标全过程中，投标人应当保持实时在线状态，参与远程交互的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表应当始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将被视为本项目投标人的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表。评标委员会会随时通过网上开评标系统发出询标信息，投标人应当在评标委员会规定时间内通过企业会员系统进行回复，未能按时答复的，评审委员会将视同其放弃澄清、说明、补正等。

本项目下载、上传、开标均通过互联网操作，投标人应当充分考虑网络拥堵

及平台操作所需时间等因素，保证在开评标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

因以上原因造成的一切后果各投标人自行承担。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

20.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被拒绝。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被拒绝。

20.3 采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查的依据。

21. 组建评标委员会

21.1 按照《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）、《山东省政府采购评审专家管理实施办法》（鲁财采〔2018〕66号）、《山东省政府采购评审专家抽取规则》（鲁财采〔2017〕64号）及本项目本级和上级财政部门的有关

规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会由采购人代表 1 人及评审专家 4 人组成。

21.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员需对评标结果独立写出评审意见，并承担责任。评委成员若拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

21.3 评标委员会的职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
- (3) 按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；
- (4) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
- (5) 向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.4 评标委员会的义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
- (3) 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
- (4) 参与评审报告的起草；
- (5) 配合采购单位答复投标人提出的质疑；
- (6) 配合财政部门的投诉处理工作。

22. 投标文件符合性审查与澄清

22.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2 投标文件的澄清

22.2.1 在评标期间，评标委员会将通过网上开评标系统要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应当在评标委员会规定的时间内通过网上开评标系统进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

22.2.3 任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需加盖投标人公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章，否则，评标委员会有权不予认可。

22.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照第 21.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，核心产品的确定见投标人须知资料表，按如下方式处理：

22.4.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 22.4 条规定处理。

23. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

24. 投标无效

24.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

24.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 投标分项报价表未按要求填写；

- (4) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；
- (5) 违反招标文件规定提供进口产品的；
- (6) 未按招标文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；
- (7) 报价超过招标文件中规定的项目预算或最高限价的、拒绝报价、报价不确定、无报价或未按招标文件要求报价的；
- (8) 投标有效期不足的；
- (9) 联合体投标文件未附联合体投标协议书的；
- (10) 不符合招标文件中有关分包规定的；
- (11) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (12) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求投标人在规定的时间内提供书面说明，但该投标人未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；
- (13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (14) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (15) 投标文件未完全满足招标文件中带有“★”号的条款或指标，或超过招标文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；
- (16) 投标文件提供虚假材料；
- (17) 对采购人、采购代理机构、评审委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；
- (18) 投标人递交的电子投标文件均无法满足正常开标、评标使用功能的；
- (19) 由于投标人的自身原因，(包括但不限于以下情况：忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传投标文件后更新 CA 锁)，在规定时间内解密不成功的；
- (20) 不同投标人的投标文件存在非正常一致的；
- (21) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，电子投标文件

的文件制作机器码或者文件创建标识码一致的；

(22) 上传电子投标文件的 IP 地址相同，经评审委员会认定否决其投标的；

(23) 对招标文件中的技术要求整体复制粘贴经评标委员会认定与所提供货物不符合的；

(24) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(25) 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求。

25. 比较和评价

25.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

25.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。评审办法详见投标人须知资料表，详细评标标准见招标文件第四章。

25.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审，对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。具体办法及比例详见招标文件第4章。

25.4 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

25.5 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，在评标时给予认证产品一定的优惠政策，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见招标文件第四章。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，否则其投标将被认定为投标无效。

25.6 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

25.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评标，系统自动汇总每个投标人的得分。

25.8 投标人得分由评标委员会成员打分的算术平均值计算得出。

25.9 评标委员会按照招标文件要求对投标人的评审结果进行复核，并签字确认。

25.10 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

25.11 评标过程要求：电子开标、评标如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，应当采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- (3) 系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应当对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

26. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一，应当予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足 3 家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

27. 保密要求

27.1 评标将在严格保密的情况下进行。

27.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

28. 中标候选人的确定原则及标准

除第 30 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人，详见招标文件第四章。

29. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选

人或根据采购人的委托直接确定中标人。

30. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31. 中标通知书

在法定期限内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构按照规定发布中标公告，应当同时公告投标人未中标的原因，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

32. 签订合同

32.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 个工作日内，与采购人签订合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

33. 履约保证金

中标人应当按照投标人须知资料表规定向采购人提交履约保证。

34. 政府采购融资担保

有融资需求的投标人在签订《政府采购合同》后，可依据《山东省政府采购合同融资管理办法》（鲁财采〔2018〕17号）有关规定，通过全省统一的信息化平台自行选择符合自身需要的金融产品，提供金融机构要求的相关材料，发起融资申请，也可通过淄博市公共资源交易中心金融服务平台进行融资贷款。

35. 预付款

预付款是指在政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交投标人预先支付部分合同款项，具体执行见投标人须知资料表。

36. 廉洁自律规定

36.1 采购人、采购代理机构不得与投标人恶意串通操纵政府采购活动。

36.2 采购人、采购代理机构不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。

36.3 为强化政府采购活动的监督，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购人、采购代理机构的廉洁自律等问题。

37. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

38. 质疑与接收

38.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

38.2 质疑投标人应当按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

38.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

38.4 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式提交的视为无效质疑。

38.5 质疑函应当包括以下主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体、明确的质疑事项以及与质疑事项相关的诉求；

（4）法律依据、事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（5）提出质疑的日期。

质疑函应当据实署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（非法人组织的负责人）签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人（非法人组织的负责人）有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和事项。

38.6 质疑有以下情形之一的，采购代理机构应当予以书面回复并说明原因：

（1）质疑人不是参与本项目政府采购活动投标人的（潜在投标人对其已依法获取的可质疑的招标文件的质疑除外）；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）所有质疑事项均不符合相关法律、法规的；

（4）提起质疑的时间超过规定期限的；

(5) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

(6) 其他不符合受理条件的情形。

38.7 采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

38.8 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投诉。

39. 项目其他相关费用

39.1 中标服务费

中标服务费收取标准详见投标人须知资料表。

中标供应商应按照投标人须知资料表规定的时间和方式缴纳中标服务费。

39.2 政府采购专家评审费

由采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

40. 合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

41. 验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

42. 履约验收公示

采购人、采购代理机构应当在采购合同履行验收结束后 3 个工作日内，将验收报告予以公开发布。

43. 招标文件解释权

见投标人须知资料表。

第三章 货物需求

一、项目概述

1、采购标的名称：淄博市城市健康客厅采购项目（第二批）。

2、标包划分：本项目共划分为1个标包。

3、实施地点：高新区银泰城南广场。

4、实施时间：签订合同后，接采购人通知之日起。

5、供货要求：合同签订并接到采购人通知后80天内供货并安装完毕。货物须运至采购人指定的地点，且按要求安装到位后，经采购人验收合格后方可交货。由中标供应商自身原因造成的时间延误，由中标供应商负全部责任，如发现不合格产品或不符合合同质量要求等，采购人有权拒绝验收，由此导致的供货时间延误、费用的增加由中标供应商全部承担，造成的损失采购人保留索赔的权利。

6、质量要求：合格。

7、质保期及售后：

（1）基础设施安装调试完毕并经验收合格之日起质量保修期五年。

（2）专业设备安装调试完毕并验收合格之日起质量保修三年。

在质保期内，所有货物在使用过程中出现的非人为原因损坏，中标供应商须免费提供上门维修和更换服务，中标供应商须向最终用户提供使用技术指导、保证所有最终用户能熟练掌握货物的正常使用。国家主管部门对货物本身有更高要求的，从其规定执行。

二、采购清单及技术参数

包1、高新区城市健康客厅

一、城市健康客厅基础设施配置要求

1、主体要求

序号	名称	技术参数及配置	数量
1	基础要求	1、面积：75-90平米(因场地制约，以实际测量数为准)。 2、位置：高新区银泰城南广场。 3、基本要求：献血屋整体热传导系数 ≤ 0.07 。献血屋整体隔热、保	1

		<p>温，隔音效果良好，空气质量（甲醛、苯、可挥发性有机物、氩等）符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。献血屋具有良好的保温、防晒、隔音及防漏性能；</p> <p>4、结构要求：献血屋为整体焊接式框架结构。</p> <p>5、其他要求：投标人投标时必须提供献血屋整体外观效果图。中标后根据采购方的意见和建议进行调整和优化，在采购方确认后方可进行施工。（提供总体设计效果图，包括四个角度，白天和晚上设计图）</p> <p>6、内装材料：所用材料均符合国家安全和消防相关要求。</p> <p>7、铺面地板的燃烧性能等级不应低于现行国家标准GB8624中B1级、天花板应采用燃烧性能等级为现行国家标准GB8624中A级的材料、胶粘剂中有害物质限量应符合现行国家标准GB18583的规定，且不得采用丙烯酸酯类胶粘剂，密封条、密封胶的性能及质量应符合现行国家标准的规定。</p>	
2	设计理念	<p>1、外观设计温馨，具有行业特色，体现血站的工作特点，并具有宣传效果，外部装饰按照设计方案进行安装。（提供设计效果图）</p> <p>2、内部装饰、元素、点缀呼应外部形象设计，内外融合；配备与血液行业相关的装饰与宣传内容，要求时尚、专业，方案需得到采购人认可。（提供设计效果图）</p> <p>3、根据实际位置设计宣传栏。</p>	1
3	室内布局要求	<p>1、内部设置、布局和 workflow 符合献血场所专业规范和卫生学的要求。</p> <p>2、业务工作区域内污染区与非污染区分开，安全区域与公共活动区域分开。</p> <p>3、主要功能区划分为健康科普体验区域、体检征询区域、登记区域、检验区域、休息区域、采血区、急救区域、纪念品展示区、仓库间和工作人员休息间。</p> <p>4、投标人投标时提供内部设计效果图和平面位置图，在中标后根据采购方的意见和建议进行调整和优化。在采购方确认后方可进行施工。</p>	

4	主体要求及设施要求	<p>1、主体要求：采用整体式焊接钢框架结构。钢材需热镀锌工艺处理（防腐、抗氧化），结构钢材性能应符合现行国家标准 GB/T700、GB/T1591、GB/T 706、GB/T6723、GB/T6725 的规定，其力学性能不应低于 Q235B 钢的要求。其中结构主骨规格$\geq 150\text{mm}\times 150\text{mm}\times 6\text{mm}$。</p> <p>2、屋顶要求：应满足隔热、保温、防水、隐蔽工程、照明、空调、新风和检修口等相关要求，并符合国家消防安全要求。屋顶采用桁架结构，带有坡度，利于排水。要求献血屋屋顶外部为整体焊接式屋顶，屋顶外部采用 304 不锈钢板（厚度$\geq 1.5\text{mm}$），整体焊接，确保可靠防漏。屋顶内部采用环保阻燃挤塑保温板整体包裹保温处理（保温层厚度$\geq 100\text{mm}$）；献血屋室内使用蜂窝铝板吊顶。要求屋顶内壁距二层吊顶的空间距离$\geq 400\text{mm}$、以确保屋顶空调、新风装置等设备的安装，确保足够的室内换气空间；吊顶面合理布局顶置空调室内机面板及检修口、室内换风系统主机及检修口、LED 长条灯及 LED 射灯的位置。</p> <p>3、墙体要求：献血屋四面墙体为玻璃幕墙墙体和复合保温板墙体。应满足隔热、保温、防水、隐蔽工程等相关要求，并符合国家消防安全等要求。屋体隔热效果优于或相当于 340mm 砖墙，抗紫外线不褪色；幕墙玻璃为 8+8A+8mm 的钢化双层中空安全玻璃（单块高度$\geq 2.3\text{m}$），单向透光，镀福特建筑玻璃隔热膜（颜色由采购方确认）；复合保温板墙体在镀锌方管骨架中间填充阻燃挤塑保温板或$\geq 50\text{mm}$ 岩棉泡沫保温层，外层铺设$\geq 9\text{mm}$ OSB 板、16mm 外墙金属雕花板，内层铺设$\geq 40\times 40\text{mm}$ 木方、9mm OSB 板和 10mm 内墙金属雕花铝板，总厚度约 150mm。内墙、内部吊顶全部采用环保型装饰板材，坚固美观环保、抗氧化阻燃。房屋箱顶、箱底及墙体内保温材料的性能及质量应符合或优于现行国家标准 GB/T 17795、GB/T 19686 的规定，且燃烧性能等级不应低于现行国家标准 GB8624 中 B1 级。屋内窗户：窗户采用断桥铝工艺。玻璃幕墙（使用钢化安全玻璃）：宽度大于 1000mm 单块幕墙，使用玻璃结构为厚度 6mm 镀膜+12A 中空+6mm 白玻；宽度小于 1000mm 单块幕墙，玻璃厚度 5mm 镀膜+8A 中空+5mm 白玻；</p> <p>4、屋内地面要求：均匀满足消防、安全、隔热、保温、耐酸碱、防腐蚀等要求。献血屋室内地面在钢制底盘上制作，总厚度$\geq 85\text{mm}$。钢制底盘上铺一层$\geq 1\text{mm}$ 厚的镀锌板，镀锌板上部用 50\times50mm 木方做 400mm 宽の木格栅，木格栅之间铺设$\geq 50\text{mm}$ 的保温棉，然后在其上连续铺≥ 12 和 18mm 厚的两层 OSB 板，最后在 OSB 板上铺防潮膜和医院塑胶地面。地面结构：基础底座需要进行水平找平，框架底座</p>	1
---	-----------	--	---

	<p>使用方钢进行整体焊接。</p> <p>5、外置台阶踏步：室内高度比室外地面高度高 30-45 厘米，安全、可靠、防腐蚀。根据设计需求，踏步二侧配安全防护扶手，与献血屋有机结合。采用镀锌管焊接骨架，参考尺寸：3300x1200x800mm(高)，整铺为户外地板（规格 140x25x 长度、带防滑槽）、专用踏步角铝封边。</p> <p>6、窗：可向外开启或内开、内倒，铝合金双层中空钢化玻璃。配金刚网纱窗。数量按实际要求。窗洞宽\geq1200mm，高\geq1200mm，上悬窗窗口下沿距室内地面高度 1300mm，使用 65 系列断桥铝合金窗型材，6+12A+6mm 的钢化双层中空安全玻璃。</p> <p>7、窗帘：手拉卷轴窗帘，耐脏、易拆装清洁。按窗口大小量制作，材料为阳光面料，遮光性好。安装在玻璃幕墙方管骨架之间和平开窗前，每片窗帘宽度与骨架方管间隔尺寸对应。根据安置现场位置，</p> <p>8、门：入户门采用双层肯德基门，防盗、安全。其他门为木门，均应符合国家消防安全等要求。洞宽\geq 1500mm，高 2200mm、配门锁。使用铝合金型材和 6+12A+6mm 的钢化双层中空安全玻璃。</p> <p>9、背景墙：入户门对面，位于体检登记、初筛化验吧台背面墙壁。（提供效果图）</p> <p>10、电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。布线、用电插座及照明灯：用电开户，安装电表，接入 220V。屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全。入户线路为 10 平方，空调线路为 6 平方，专业设备线路为 4 平方，其他为 2.5 平方铜芯线。根据功能布置线路及插座。屋内照明系统齐全，照明系统分区控制独立开关，内墙无裸露电线及接口，选用国标 12w\300x300\24w\300x600 嵌入式 LED 灯具（防尘型安装）、国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性。顶置式 LED 灯，LED 射灯，符合《建筑照计标准》GB50034-2004。</p> <p>电线采用隐蔽式，装在墙内 PVC 穿线。室内墙壁上安装若干个五孔电源插座。其中，电路使用市电、UPS 双供电电路，市电电路、UPS 电路所用插座需有明显区别且 UPS 插座需有标注。</p> <p>11、空调外机：空调外机配备网状护板，与屋融为一体。</p> <p>12、室内外音响：满足使用。满足使用。配 2 个室外音箱（音柱）；</p>	
--	---	--

		<p>室内配 4 套高保真车用音响安装在顶棚相应位置。配 $\geq 150W$ 功放，参考尺寸：480mmx360mmx95mm, 供电要求：直流:12V$\geq 5A$ 交流:220V 功能介绍：可插 USB/有遥控/ 卡拉 OK 功能音频输入：功放后面 AUX 莲花座可接：电脑/MP3/DVD/等音频信号音频输出：L 左+R 右声道输出分正负极各接一个音箱，确保充分满足献血公益宣传需求。</p> <p>13、显示屏：在屋外上部安装 LED 显示屏（根据屋体的长度设计），屋外墙面明显位置安装宣传显示屏，规格尺寸根据实际情况满足公益宣传要求。</p>	
5	给排水	<p>自来水、用电开户，安装水表、电表及给水、排水、电管道。配置储物式镀晶理石洗手盆 1 套，安装储水式小厨宝、感应水龙头。</p>	1
6	隐蔽工程	<p>1、强电部分：主线路10平方，室内电路空调等大功率电器使用 6 平方铜线，其余主线使用 4 平方铜线，强电线路使用镀锌铁管进行电线整体穿套。</p> <p>2、弱电部分：设置弱电柜，禁止强弱电公用一线管和一个底盒，弱电穿线采用钢管或镀锌钢管穿线。</p> <p>3、室外进水接驳水管使用保温层及热丝进行缠绕，其中室内进水管使用4分管，排水使用50PVC管。</p> <p>4、视频监控弱电：8个监控点位，每点位线材标准为六类国标数据线，1.0平方国标电源线。</p> <p>5、接入移动光纤2根。</p>	1
7	电源控制	<p>配电箱箱体优质钢板焊接，防锈喷漆处理。箱内设60A漏电保护器及各项分支开关，有接地线。室内电源总控箱安装在不宜触碰处，控制箱内配有电路图，各控制开关标明控制对象。控制箱内电线走线整齐，裸露电线加护套。配电箱外张贴安全警示等标识。</p>	1
8	标识要求	<p>1、献血屋配备可亮灯“安全出口”标识；</p> <p>2、献血屋内部设置征询区、体验区、检验区、保密咨询区、休息区、采血区等区域标识牌，尺寸为22×26cm，材质为5-8mm背胶亚克力。</p> <p>3、设置热线电话公示牌（80×88cm）、献血流程牌（70×100cm）、工作时间牌（20×40cm）、友情提示牌（28×45cm）、消防提示牌（43×60cm）、禁止吸烟提示牌（10×30cm）、监控提示牌（10*30cm）、推</p>	

		拉门贴（8×10cm）等提示牌，材质为5-8mm背胶亚克力。 4. 配备小心台阶、小心有电等警示贴（16×45cm）、小心碰头警示贴（16×45cm），材质为背胶车贴写真。	
9	其他要求	投标人根据招标文件提供的外形草图和内部布局等进行设计，投标时提供外观设计图和内部布局图、内部效果图供专家进行评审。在中标后根据采购方的意见和建议对外观设计图、内部布局图、内部效果图进行调整和优化，并按图施工。爱心献血屋的字体或LOGO根据采购方的意见确定。采购方对中标方所提供的所有设计方案具有免费使用权。	

2、家具及设施要求

1	采血椅	专用电动采血椅，方便采血和献血反应时救助。采用高品质单椅改制、皮质，可活动、电机可手动调节为半坐位或躺位，有胳膊支撑架、腿托。骨架：合金骨架饰面：皮艺沙发控制方法：电动控制带USB插口；头颈、背部、腰部三区贴合S型支撑设计，配专用坐垫、靠背垫、扶手垫，确保美观整洁。	4套
2	采血桌	采血桌外廓尺寸：根据实际设计，操作台尺寸需采购方确认。桌面采用镀晶理石（颜色根据效果图确定），板材环保等级达到E0级，上部配双层储物搁架，带上下2个抽屉，中部配推拉式采血秤放置平台，平台面积可放2台采血秤，平台面离地距离300mm。采血桌外廓尺寸应符合设计要求。	1张
3	可调采血工作椅	皮面、坚固可靠，非轮式。可调式工作转椅，皮质，平脚垫、带靠背，简捷、方便、耐用。	6把
4	休息沙发	组合式舒适沙发，配适用茶几，每套能满足4-6人同时使用。	2套
5	操作台	1. 台面采用镀晶理石，柜体采用E0级生态木。 2. 有储物功能。台面上部做抽屉，下部带储物柜，吸附式门板及抽屉脸，配优质五金。操作台内、外侧立板内收，便于工作人员和献血者放腿。台面上根据需求就近开孔，便于电源线穿过。 3. 外形尺寸：根据房屋大小及工作需要设计，台面可放置初筛设备、献血证打印机及笔记本电脑等设备。设计图需经使用方确认。	4套
6	储物柜	1. 健康科普体验区设献血者用多门储物柜、纪念品展示柜各1组。 2. 储物间设置物架1组。	4组

		3.更衣室设更衣柜1组（4人用）。 采用E0级环保生态木做柜体、吸附门板，配挂衣钩、锁具、拉手等。储物架分三层，层高不低于60公分（附效果图）。具体尺寸根据房屋布局、面积大小设置。	
7	更衣室桌椅	满足使用，符合生态要求。桌子上带抽屉下部带储物柜，E0级生态木柜体、吸附式门板及抽屉脸，配优质五金。配椅子一把。	1组
8	微波炉及橱柜	配微波炉1套，安装在微波炉橱柜中，配对外排气装置，将加热时散发出的异味排出室外。	1套
9	直饮水机	配前置净水器，满足30人使用。 1. 额定电压：220V 2. 额定功率：2200W 3. 制热水能力：24L/h, $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 4. 外观尺寸：212*70*312mm(壁挂式)	1台
10	空调	一拖一5P中央空调（吸顶式），冷暖功能要求。	2套
11	室内换新风系统	配置PM2.5空气净化装置（设有检修口），天花板安装风管式，通风管直径 $\geq 150\text{mm}$ ，换气量 ≥ 250 立方米/小时，空气交换效率 $\geq 80\%$ 。	1套
12	电视	≥ 70 寸LED高清智能电视 1. 分辨率：4K（3840×2160）； 2. 屏幕比例：16：9； 3. 响应时间：7ms； 4. USB2.0接口2路； 5. USB支持视频格式：AVI MPG MOV MP4 RMVB FLV； 6. USB支持音频格式：MP3； 7. USB支持图片格式：JPEG，JPG； 8. HDMI接口：2路HDMI2.0； 9. 网络接口：1路； 10. 网络连接方式：有线/无线； 11. 电源性能：220V/50HZ 功率：180W； 12. CPU：四核A53 RAM 2GB ROM 32GB； 13. 单屏重量：26KG； 14. 机身尺寸含底座：1677*1038*377； 15. 安装位置：健康科普体验区、血液采集区。	2台
13	灭火器	手提式每只容量 ≥ 3 公斤，配灭火器箱2个，水基性和干粉式各2个。	4只

14	区域标识牌	各区域功能标识牌，使用亚克力材质。	1套
----	-------	-------------------	----

二、城市健康客厅设备仪器采购清单及技术参数

序号	名称	技术参数及配置	数量
1	智能采血系统	<p>1. 自动贴标模块：配备 1 套自动贴标模组，由机械内部自动完成贴标任务，可实现自动打印条码、自动贴标、检测标本管种类、核对条码信息等多项功能，支持的条码种类包括：CODE128、CODE92、CODABAR、ITF、CODE39、JAN8 (EAN8)、JAN13 (EAN13)、UPC-E、UPC-A 等，打印条码中同时可包含血型、试管种类文字描述、流水号等多种专用信息，另外条码位数可进行灵活设置。需提供图片及文字说明。</p> <p>2. 自动留样模块：配备 1 套自动留样模组，可实现标本管血样的摇匀、标本管分类放置。其中标本管血样摇匀为摇摆 120°，连续摇匀 8 次，可以保证标本管混匀动作规范一致，有效避免血液凝集；自动对留样管条码进行核对，并由机械手将留样完成的采样管自动转移至低温存储模块。</p> <p>3. 低温存储模块：配备 1 套低温冷藏模组，噪音低且温度可调，通常冷藏温度控制为 2℃-8℃，储存容量为 30L，仪器内部机械臂自动传递，保障样本在最短时间内进入冷藏环境，保障样本储存质量。需提供图片及文字说明。</p> <p>4. 数字智能采血模块：配备 2 台数字智能采血秤，具备 7 英寸高清液晶触摸显示屏与覆膜式按键和独立的嵌入式操作系统，可随智能采血系统协同工作，也可独立完成采血任务。需提供省级计量质量检测认证报告原件或复印件加盖公章。</p> <p>5. 热合模块：配备 2 台热合仪，可独立完成热合工作。</p> <p>6. 试管仓：配备 192 孔试管仓，可一次性预置 192 个标本管供采血流程使用。试管仓为一体抽拉式，操作便捷，内部装有电控机械锁，可有效防止误操作。</p> <p>7. 灯光设计：具有流水灯、呼吸灯、取管照明灯、留样状态灯、留样管位提示灯等多种灯光提示，可通过灯光提示信息直观监控设备运行状态和运行进度。</p> <p>8. 置物功能：顶部配有大容量储物柜，配有电动升降门实现一键开门和关门；台面更整洁，减少操作误碰风险。</p>	1 套

		<p>9. 语音播报：具备中文语音播报功能，在不同采血阶段可播报相应语音内容，播报内容可按需设置生成。采血流程按界面提示自上而下逐步完成，操作简单易于掌握。</p> <p>10. 数据存储：记录多种信息：血袋条码、采血量、血型、采血开始时间、采血结束时间、采血时长、采血端、操作人、留样条码、留样完成时间，便于对采血过程进行信息追溯。</p> <p>11. 数据联网：具备无线管理和联网功能，一台设备完成采血过程多项工作；软件系统可以和血站服务器系统实现联网通讯和数据传输。实现采血信息的互联互通，提供血液系统信息化管理软件联网证明函原件或复印件加盖公章。</p> <p>12. 操作系统：全中文 Windows 操作系统，3 块液晶触摸显示屏，采血信息实时显示，显示更全面、更直观。</p> <p>13. 登入方式：软件登录方式为 RFID 卡刷卡登录或者账号密码登录两种方式。</p> <p>14. 系统拓展：具有系统拓展功能，多种类机型联机协同工作，达到采血数据的互通互联。</p> <p>15. 条码防错：具有条码防错功能，可设置条码位数，当录入错误条码时软件将提示错误并且无法开始采血流程；条码检测错误进行语音报警；</p> <p>16. 补打条码：具有补打条码功能，在条码打印错误或者有其他需要时，可另外单独进行打印贴标。</p> <p>17. 质保 5 年，每半年提供校准检修报告。</p> <p>18. 5 年内免费升级到最高版本。</p>	
2	采血秤	<p>1. 用于全血采集过程中称重、摇摆、采血过程监控，确保血液质量及采血过程的信息化管理。</p> <p>2. 采血误差$\leq 1\text{ml}$；称量误差$\leq 0.5\text{g}$。</p> <p>3. 全血采集过程中，可选择自动扣皮功能，实现一键启动采血。</p> <p>4. 采血过程监控可参照采血曲线图和采血进度条，更为直观。</p> <p>5. 覆膜式按键控制+液晶触控屏双操控界面。</p> <p>6. 能记录采血过程中各种报警，剩余电量过低报警，报警是否启用可设定：第一阶段超时、第二阶段超时报警的同时可设定夹紧夹钳；第一阶段超时、第二阶段超时报警、总超时报警、流速过低报警、流速过高报警、托盘取下报警、采液异常增加报警的有无可设定；采血信息可上传管理软件采血数据管理平台软件中记录详细的报警信息。</p> <p>7. 采血秤的每条献血记录包含 26 项关键采血信息，便于对采血过程进行信</p>	1 台

		<p>息追溯：如：采血时间、捐献编号、血型、护士编号、预设量、采集量等。</p> <p>8. 采血秤应能记录采血数据，包括：采血开始时间、采血结束时间、采血重量、采血容量、血袋编号、血袋批号等，确保采集记录到采血环节的重要数据，指导后期工作。</p> <p>9. 采血秤可存储的献血记录可达到 10000 条；存储容量不足时可自动覆盖。</p> <p>10. 符合采血操作规程中的要求：采血时间过长报警与采血预设量 200ml\400ml 自动关联，选择 200ml 预设量时采血时间超过 5 分和 7 分钟自动报警，选择 400ml 预设量采血时间超过 10 分和 13 分钟自动报警。</p> <p>11. 实时中文语音提醒和关键流程图标提示。</p> <p>12. 含有便携箱配置，重量轻、容量大、坚固耐用、防雨不怕晒。</p> <p>13. 采血秤内置应急电源系统，电池容量$\geq 5600\text{mAh}$，充满电后可单独连续采血时间≥ 8 小时。</p> <p>14. 电池组配备专用充电器，电池组装有液晶显示屏，可实时查看剩余电量。</p> <p>15. 智能纠错功能：可选择基本模式和数据操作模式，数据模式具备标签核对功能，标签核对有误提示异常且无法点击合格，所采集信息将不再上传服务器，避免服务器崩溃。</p> <p>16. 配扫码枪，录入工号、血袋条码、血袋批次、寻表条码、血型、方位码信息。</p> <p>17. 液晶触控屏显示：重量、采血量、流量、计时、起始时间、暂停时间、预设采血量、工号、血袋条码、采血流程导引图标、电量、实时时间、wifi 信号。</p> <p>18. 数据转移方式：存储器手动转移、无线实时自动转移、无线非实时自动转移三种方式。</p> <p>19. 具有基本模式、数据模式，用户可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景。自带无线数据传输功能（由内置无线数据发射器、外置无线数据接收器及管理软件组成）。</p> <p>20. 所有采血秤均可与智能采血系统互通互联，数据共享。（提供双方联机证明文件原件或复印件加盖公章）。</p> <p>21. 质保 3 年，每半年提供校准检修报告。</p> <p>22. 5 年内免费升级到最高版本。</p>	
3	热合机	<p>1. 仪器类别：封管热合器。</p> <p>2. 射频源类型：高频晶体管。</p> <p>3. 封管时间：0.8-1.2 秒。</p> <p>4. 热合管路直径：2-6mm。</p>	1 台

	<p>5. 工作频率：≤40.68MHz。</p> <p>6. 封口射频（RF）功率：≥30W。</p> <p>7. 热合头：陶瓷包裹隔热型热合电极，避免溶血现象发生。</p> <p>8. 热合宽度调节：可自动识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，还可根据特殊需要人工调整热合面宽度。</p> <p>9. 防溅保护：透明可伸缩防溅保护片，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，保证操作人员安全。</p> <p>10. 清洁便利：白色安全防护盖，无需借助专用工具即可方便拆卸清洗。</p> <p>11. 仪器型材：铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞。</p> <p>12. 辐射防护安全性：确保高频 40.68MHz 工作下，辐射强度不超过 68dB，提供设备辐射曲线图，保证安全。</p> <p>13. 散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，保证机器可连续工作 8 小时以上。</p> <p>14. 状态指示：绿色（待机状态）、红色（热合状态）、琥珀色（调整状态）。</p> <p>15. 方便携带：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动。</p> <p>16. 尺寸：≤175mm（宽）×150mm（高）×300mm（长）。</p> <p>17. 重量：≤6 公斤。</p> <p>18. 工作温度范围：0℃-40℃。</p> <p>19. 消耗功率：工作：≤250W；待机：≤10W。</p> <p>20. 电压范围：220-240VAC。</p> <p>21. 电源保护：多重电压保护装置，内置异常电流熔断器，保证意外情况下机器安全不受损。</p> <p>22. 性能稳定，全国的客户数量超过 100 家，提供用户名单，保证真实性。</p> <p>23. 设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保使用人员安全，出具国家权威认证机构出具的检测报告。</p> <p>24. 质保 3 年，每半年提供校准检修报告。</p>	
4	<p>低温水平离心机</p> <p>1. 主机配有 USB 接口，可直接导出数据到 U 盘；</p> <p>2. 微机控制，无按键触摸液晶屏；</p> <p>3 超速、不平衡检测保护，双电子锁，确保人身安全；</p> <p>4. 型号：TDL-360R、TDL4M；</p> <p>5. 最高转速：≥4000r/min；</p> <p>6. 最大离心力：≥2540g；</p>	1 台

		<p>7. 转速精度：≤±20r/min；</p> <p>8. 温度控制范围：-20℃~+40℃；</p> <p>9. 定时范围：1min~99min；</p> <p>10. 温度控制精度：±1℃；</p> <p>11. 电机：交流变频电机；</p> <p>12. 压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂（R134a）；</p> <p>13. 电机功率：450-1000W；</p> <p>14. 电源：AC220V 50HZ；</p> <p>15. 净重：≤36kg；</p> <p>16. 外形尺寸：≤435×399×405mm（L×W×H）；</p> <p>17. 转子型号：水平转子；</p> <p>18. 最大容量：24×5ml；</p> <p>19. 适配器：24*5ml 12*8ml；</p> <p>20. 质保3年，每半年提供校准检修报告。</p>	
5	体检 工作站	<p>1. 系统要求：WINDOWS 系统，支持身份证、社保卡、二维码等方式登录，并可通过接口上传至电子健康档案。</p> <p>2. 系统功能：包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，各项目可根据需要进行配置。软件操作界面、流程简洁明了，包含血压、身高体重、血糖、血氧、额温测量模块。测量完成后，生成个性化的献血者健康管理报告。</p> <p>3. 功能要求：在外网条件下，具备微信二维码扫码登录功能，并可在移动端登录公众号方式查询个人健康管理报告。</p> <p>4. 语音提示：测量过程全程语音提示。</p> <p>5. 设计造型：要求一体化设计，外观新颖，便于移动和管理，尺寸：1740mm×500mm×2380mm（长×宽×高）</p> <p>6. 血压测量模块： 提供医疗器械注册证复印件 测量方法：示波法，配台式血压计 显示方式：数字式 LCD 显示 压力显示范围：0-299mmHg 血压测量范围：血压：40-260mmHg 脉搏数：40-180 次/分 测量位置：左右臂均可测量，臂筒角度可调节，提供彩页证明文件 精确度：血压：±3mmHg 脉搏：读取数值的±2%或±2 次/分（取最大值） 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导</p>	1 套

	<p>有电子肘部位置传感器，测量姿势正确提示功能，确保测量者的姿势正确 适合臂周：17cm-42cm 臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） 抗菌设计：外壳：抗菌树脂袖带：抗菌布套 语音提示：测量过程提示、测量结果播报 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 通信数据输出：USB数据传输。 外形尺寸\重量：宽460mm ×高270mm ×宽420mm（不包含搁手板）\5.5KG 精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dablededucational.org）上查询证明材料 投标时需提供医疗器械注册证复印件</p> <p>7. 身高体重测量模块： 身高测量方式：超声波全自动测量 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 身高测量范围：70~200cm；体重测量范围：2~200kg 身高测量精确度：±0.5cm；体重测量精确度：±0.1kg 测量数据显示：5.0英寸480*272分辨率，触摸屏显示 数据输出格式：RS-232数据传输接口。</p> <p>8. 多功能分析仪测量模块： 测量项目包含：血糖、尿酸、总胆固醇 血糖测量范围：20-600毫克/100毫升（1.1-33.3毫摩尔/升） 尿酸：3-20毫克/100毫升（0.18-1.19毫摩尔/升） 总胆固醇：100-400毫克/100毫升（2.59-10.35毫摩尔/升） 投标时需提供医疗器械注册证复印件</p> <p>9. 体温测量模块： 测量方式：红外额式测量距离：（5-8）cm 人体测温模式：32℃-42.5℃ 最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃；35℃</p>	
--	---	--

	<p>-42℃区间内，$\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$</p> <p>功耗：$\leq 120\text{mW}$</p> <p>操作环境范围：16-35℃，$\leq 85\%RH$，760hpa-1060hpa</p> <p>10. 血氧测量模块：</p> <p>血氧饱和度测量范围：35%-100%</p> <p>测量误差：$\pm 2\%$</p> <p>11. 人体成分测量模块：</p> <p>测量方法：双频率 4 电极 4C 法（双手式）</p> <p>测量频率：6.25kHz、50kHz</p> <p>测量电流：90 μA 以下</p> <p>电极材质：ABS 电镀</p> <p>测量范围：150.0~1500.0 Ω（0.1 Ω 单位）</p> <p>最大秤量（最大计量）：200kg（含皮重）</p> <p>刻度（最小标识）：2.0-100.0kg，刻度 0.1kg；100.0-200.0kg，刻度 0.2kg</p> <p>显示屏：段电极 LCD</p> <p>外部接口：RS-232C、USB、SD 内存卡插槽</p> <p>电源：AC 适配器（12V）</p> <p>耗电量：0.3A 以下</p> <p>12. 心电测量模块：</p> <p>导联：十二导联心电图同步采集、显示、打印</p> <p>输入方式：浮地输入，具有抗除颤保护电路和起搏脉冲抑制电路</p> <p>频响：0.05-150Hz</p> <p>滤波器：具有交流、肌电、抗基线漂移滤波肌电滤波 20Hz/30Hz/40Hz/Off</p> <p>基线滤波 0.16/0.32/0.67Hz/Off 交流滤波 50Hz/60Hz/Off</p> <p>起搏检测功能，起搏强度可设置</p> <p>心电波形显示支持多种颜色方案，同时支持颜色自定义</p> <p>打印报告支持高 QRS 波打印时增益自动减半</p> <p>病案对比功能：同屏幕上显示两份病案的波形</p> <p>13. 体脂测量仪：</p> <p>外形尺寸：255×65×40mm</p> <p>显示数值范围：身体脂肪率：5.0%-50.0%；体质指数：10.0-70.0；基础代谢：385kcal-5000kcal</p> <p>设定数值范围：身高：100cm-255cm；体重：20.0kg-200.0kg；年龄：10岁-80岁</p>	
--	---	--

	<p>14. 拓展模块：包含 USB 或串口，可拓展多种设备</p> <p>15. 显示模块： LED 屏，尺寸：≥18.5 寸（16:9） 最佳分辨率：1336×768 输入/接口方式：LVDS</p> <p>16. 触摸模块： 屏幕种类：投射式电容屏（10 点及以上） 清晰度：高清 玻璃种类：强化玻璃；不怕刮伤，具有防爆功能</p> <p>17. PC 模块： CPU: ≥四核 1.9G 内存 ≥4G 支持 DDR3 固态硬盘 ≥SSD60G</p> <p>18. 整体机箱： 外形材质：ABS 材料，轻便，易于移动； 内部结构：模块定位合理，布线规范整齐；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。内置音响，外接网络接口、USB 接口等。 散热技术：显示器部件散热问题充分考虑显示器部件、主机散热问题，提供散热解决方案，无噪音。</p> <p>19. 质保 3 年，每半年提供校准检修报告。</p> <p>20. 和血液管理信息系统联网，身高、体重、血压、脉搏、体温等自动导入业务系统记录。</p>	
6	<p>丙氨酸氨基转移酶干式分析仪</p> <p>1. 仪器名称：丙氨酸氨基转移酶干式分析仪；</p> <p>2. 检测原理：反射光度法、速率法；</p> <p>3. 标本类型：全血、血清/血浆；</p> <p>4. 标本量：≤30 μL；</p> <p>5. 检测时间：120 秒；</p> <p>6. 检测速度：≥90 次/小时；</p> <p>7. 测试通道：≥3 个通道（独立分开，不互相影响）；</p> <p>8. 检测范围：0-500U/L；</p> <p>9. 结果存储：≥1000 个；</p> <p>10. 校准：使用质控条进行校准；</p> <p>11. 屏幕：LCD 电容触摸屏；</p> <p>12. 联机操作：标准 RJ45 网络接口，可与血液管理信息系统联网，进行数</p>	1 台

		<p>据管理；</p> <p>13. 操作语言：中文；</p> <p>14. 使用环境：温度：0℃～37℃；湿度：20～90%RH（无冷凝）；</p> <p>15. 电源电压：（交流）100～240V；</p> <p>16. 电源频率：50/60Hz；</p> <p>17. 功率：100W；</p> <p>18. 尺寸：≤400mm×260mm×280mm；</p> <p>19. 仪器重量：≤10kg；</p> <p>20. 每台配套检测试纸条 4000 人份；</p> <p>21. 配移液枪 1 支，规格符合工作要求；</p> <p>22. 质保 3 年，每半年提供校准检修报告。</p>	
7	运血箱	<p>1. 膨胀聚丙烯材料制作，箱体保温层厚度>4cm；</p> <p>2. 60L 运输箱净重≤4.0Kg；</p> <p>3. 箱体配备带回位设计的提手，承重在≥50KG；</p> <p>4. 箱体带有温度显示功能；</p> <p>5. 可配备实时动态记录运输过程温度变化的智能温度芯片 1 颗，每一芯片自带唯一 ID，记录的温度数据和变化曲线可读出保存、可打印。</p>	2 个
8	储血冰箱	<p>1. 提供医疗器械注册证；</p> <p>2. 有效容积≥270L，风冷；</p> <p>3. 控制温度 2-6℃，温控精度±1℃；</p> <p>4. 有温度数字显示，有温度记录打印装置，有温度超限声光报警（2-8℃）；</p> <p>5. 具有开门报警装置，具有断电报警装置，断电报警持续时间≥8 小时；</p> <p>6. 配双直流变频制冷压缩机（一用一备）、效率高、节能环保；</p> <p>7. 有双门保温装置，内设 5 层，电源 220V/50Hz、DC24V；</p> <p>8. 质保 3 年，每半年提供校准检修报告。</p>	1 台
9	小冰箱	<p>1. 冷冻冰箱；</p> <p>2. 制冷方式：直冷、单门式；</p> <p>3. 总容量：50L，能效等级：一级，机械温控；</p> <p>4. 耗电量值：0.28Kwh/24h；</p> <p>5. 质保 3 年，每半年提供校准检修报告。</p>	1 台

10	动态空气净化消毒机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外形：吸顶嵌入式； 2. 消毒方法：等离子体发生器消毒杀菌； 3. 最大适用体积：150 m³； 4. 额定循环风量：1500 m³/h； 5. 杀菌区电场强度 8000V，积尘区电场强度 4000V； 6. 臭氧残留量≤0.01mg/m³； 7. 气雾室细菌的杀灭率均大于 99.90%，提供权威机构检测报告； 8. 自然菌平均消亡率大于 90%，提供权威机构检测报告； 9. 等离子体杀菌净化模块由等离子体杀菌区和等离子体体积尘区组成，等离子体杀菌区富含电子、离子、激发态的原子、分子以及活性自由基等粒子，可有效杀灭空气中的各种细菌、病毒、真菌等病原微生物；等离子体体积尘区可有效吸附经过杀菌区带上电荷的尘埃粒子； 10. 适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等； 11. 可在有人状态下进行连续动态消毒； 12. 采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好；（两段式） 13. 实时监测室内空气温湿度； 14. 三挡可调风速供用户选择； 15. 手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作； 16. 程控数量（定时消毒）6 组； 17. 模块化设计，方便用户维护保养； 18. 一键锁定功能，防止误操作； 19. 工作时间自动累计功能； 20. 液晶中文显示屏，远红外线遥控； 21. 等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗报警； 22. 除甲醛、苯和 VOC 的检测报告；等离子体密度检测报告；负离子浓度检测报告； 23. 输入功率：≤140W 电源：AC 220V 50Hz； 24. 质保3年，每半年提供校准检修报告。 	2台
11	打印机	<p>产品类型：平推针式打印机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 打印方式：点阵击打式； 2. 打印方向：双向逻辑查找； 3. 打印宽度：106 列； 	1台

		<p>4. 打印针数:24 针;</p> <p>5. 可靠性打印头寿命: 4 亿次/针;</p> <p>6. 32 米色带, ≥ 1000 万字符;</p> <p>7. 复写能力 7 份;</p> <p>8. 缓冲区:128KB;</p> <p>9. 接口类型:一个双向并行接口一个 USB2.0(全速); 10. 打印速度中文 (6.7cpi);</p> <p>超高速: 220 汉字/秒, 高速: 146 汉字/秒, 信函质量: 73 汉字/秒</p> <p>11. 打印总量 4000 万行 (打印头除外);</p> <p>12. 介质规格</p> <p>出纸方式摩擦进纸 (前部、后部进纸)、拖纸器进纸 (后部进纸)</p> <p>介质类型单页纸, 单页拷贝纸, 连续纸 (单页纸和多页纸), 信封, 带标签的连续纸, 卷纸, 存折;</p> <p>介质宽度单张纸: 90-304.8mm, 连续纸: 101.6-304.8mm;</p> <p>介质厚度 0.065-3.6mm;</p> <p>13. 系统平台 Windows 7/2000/XP/Vista。</p>	
12	激光打印机	<p>1. 产品类型: 黑白激光打印机;</p> <p>2. 最大打印幅面 A4;</p> <p>3. 黑白打印速度 14ppm;</p> <p>4. 最高分辨率: 600*600dpi;</p> <p>5. 耗材类型: 鼓粉一体;</p> <p>6. 进纸盒容量: 150 页;</p> <p>7. 网络打印: 不支持网络打印;</p> <p>8. 双面打印:手动。</p>	1台
13	笔记本电脑	<p>1. CPU 系列:Ui5-1135G7;</p> <p>2. 内存容量:16GB;</p> <p>3. 硬盘类型:固态硬盘;</p> <p>4. 固态硬盘容量:512 GB;</p> <p>5. 显示器尺寸 (英寸) :15.6 吋;</p> <p>6. 全色域高分屏 ;</p> <p>7. win10 系统 带原装包鼠;</p> <p>8. 显卡类型:独立显卡;</p> <p>9. 每台配扫描枪 1 个。</p>	2台

14	PDA	<p>PDA 设备能兼容采购方已使用的安卓版 PDA 采血程序。并附带 PDA 实时采血核查系统使用授权。</p> <p>设备参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作系统：Android7.1 及以上操作系统，安全性、稳定性高。 2. 整体含电池重量<250g，厚度<16mm。同类产品中最轻薄，携带方便。 3. ≥5.2 英寸 FRD 屏幕，分辨率≥1440*720，带来更清晰细腻的视觉效果。 4. 先进扫码技术，极速条码采集，现场扫描更高效。 5. 设备中集成移动管家应用，保护系统信息安全。 6. 设备防护等级≥IP65、1.5 米跌落、50KG 耐压等 60 多项严苛测试，设备坚固耐用、品质可靠。 7. 虚拟化键盘，触摸操作，跟操作手机一样简单。 8. 充电、低功耗、长续航，设备全功能使用长达 12 小时；极速充电技术，充电 3 小时即可满足全天高负荷工作所需，支持 USB 充电；≥4000mAh 大电池+独有低功耗技术，支持 12 小时不间断使用。 	3台
15	脂血筛查小离心机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 最大转速：大于等于 6000r/min； 2. 定时时间：1-60min； 3. 噪音：小于等于 65dB； 4. 显示：液晶显示，转速、时间； 5. 电源：AC220 / 50Hz； 6. 具有翻盖开关功能； 7. 容量：2.0ml×6。 	1个
16	手持红外线测温仪	非接触式，最小分度值0.1℃，一键测温，秒速测温，可连续测温，探头灵敏，精度高。	1个
17	挂表	直径≥28cm，石英钟，ABS 环保工程塑料，金属指针。	1个
18	温湿度计	温度误差±1℃，湿度误差±5%RH，满足采血工作要求。	1个
19	身份证自动识别系统	<p>1、功能参数</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 自动识别二代身份证真伪，核查献血员身份信息。 (2) 自动登记并打印献血员基本信息（包括身份证号码、姓名、住址等），增加信息录入准确性和完整性，有效减轻录入工作量，减少献血员等待时间。 (3) 要求具有有效进行采前核查功能，避免近期献血、恶意献血等行为。 (4) 切实推进献血实名制的开展，为采供血机构提供真实有效的献血员信息，有利于建立稳定低危的固定献血员队伍。 	1套

		<p>(5) 结合无限外采系统使用,能够实时将体检、采血等信息回传至数据库,提高工作效率。</p> <p>(6) 要求与站内信息系统实现无缝对接,确保站内系统稳定运行。</p> <p>2、功能特点</p> <p>(1) 识别速度快,1秒内即可准确识别、录入献血员身份信息。</p> <p>(2) 自动识别身份证真伪,自动报警提示。</p> <p>(3) 身份证阅读器通过了公安部检验,符合国家的先关标准。</p> <p>(4) 在两种通讯方式下,能够自动识别数据端口,无需另配电源的产品。</p> <p>(5) 不用工具就可进行安全模块拆卸和更换。</p> <p>(6) 加入电源保护开关设置的二代证阅读(验证)。</p> <p>3、适用范围:</p> <p>(1) 站内采血、机采。</p> <p>(2) 站外采血车以及固定采血点。</p>	
20	集中运维管控平台 (分控点)	<p>集中运维管控分控端</p> <p>1. 支持接入终端操作系统智能识别,能识别安卓、ios、windows 移动终端、windows PC、MAC PC 等接入终端,基于终端操作系统类型、终端 MAC 黑白名单库,实现基于终端的准入;</p> <p>2. 支持 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac、11ac Wave2、802.11ax 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v 等协议</p> <p>3. 在无线网络环境中,切断病毒传播的路径,防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机:通过策略实现隔离不同区域的用户;设置黑白名单,对访问源进行差异化拦截或放通;针对一些高风险或通用性服务,可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通;(提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章,实际功能效果支持现场测试)</p> <p>4. 支持 802.1x、Portal、MAC 地址认证、CA 证书认证、WAPI、802.1X WEP 等企业认证,以及二维码审核认证、微信小程序认证、短信认证、APP 认证、临时访客账号、Facebook 等外来访客认证方式;包括微信微信小程序认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web 账号密码认证,兼容的软件系统开发商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、Aruba、Ruckus 等(提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章);</p> <p>5. 支持关联 RADIUS、微软 AD 域、LDAP、数据库(Oracle、MySQL、MS-SQL)、Portal2.0、AS 等外置认证服务器,实现 802.1x、Portal 等第三方认证;</p> <p>★6. 支持应用识别,能识别不低于 4700 种的网络应用,能识别邮件、游戏、P2P 流媒体、WEB 流媒体、金融交易、办公 OA、移</p>	各1套

		<p>动终端应用等主流应用（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）；</p> <p>网络控制器支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制；上述内容实现方式包含但不限于无线网络处于本地转发状态下。</p> <p>★7. 支持上网行为审计，可审计用户访问的 URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS 发帖内容、微博内容、FTP 上传和下载的文件名、TELNET 执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）；</p>	
	<p>上网行为管理模块</p>	<p>1. 为了保证内部工作人员及来访人员的上网安全，规避网络安全事件的发生，同时满足公安部 82 号、151 号、以及网络安全法等相关法律法规的政策要求，规范用户无线上网行为，需要无线 AC 支持不低于 5000 种的精准应用识别，可以同时互联网应用访问进行管控，能根据用户账号、接入位置、时间段、终端类型、终端 MAC 地址进行不同权限划分，上述管控功能的实现包含但不限于无线处于本地转发状态，上述管控功能的实现包含但不限于无线处于本地转发状态。上述管控功能的实现包含但不限于无线处于本地转发状态。（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）</p> <p>2. 支持多元化基于应用识别管控，包括用户、接入位置、终端类型、终端 MAC 地址、时间段；</p> <p>3. 为了保证内部工作人员及来访人员的上网安全，规避网络安全事件的发生，同时满足公安部 82 号、151 号、以及网络安全法等相关法律法规的政策要求，规范用户无线上网行为，可审计用户访问的 URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS 发帖内容、微博内容、FTP 上传和下载的文件名、TELNET 执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）；</p> <p>4. 支持特定非互联网终端支持免审计策略，系统支持排除指定这部分终端用户，对该用户的上网行为不进行审计；</p> <p>5. 符合相关职能单位的监管要求，支持支持记录用户注册信息、IP、终端 MAC、上下线时间、访问的目的 IP 等信息，支持与本地公安网监平台对接，按照要求将审计结果上传至公安的网监平台（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）</p>	

		认证模块	<p>1. 结合实际使用环境和后期可能的调整，为了保证整体网络的使用体验，须支持识别安卓、ios、windows 移动终端、windows PC、MAC PC 等接入终端，基于终端操作系统类型、终端 MAC 黑白名单库，实现基于终端的准入，防止重要场景违规终端的接入。</p> <p>2. 为保证网络的安全性，防止出现中毒接入终端接入网络中并肆意传播的现象发生，在无线网络环境中，针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通，早期识别并发现潜在沦陷的中毒终端，做到早发现、早处置；（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章，实际功能效果支持现场测试）</p> <p>3. 防止网络账号出现安全风险状况，为防止出现中毒接入终端接入网络中并肆意传播的现象发生，在无线网络环境中，针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通，早期识别并发现潜在沦陷的中毒终端，做到早发现、早处置；（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章，实际功能效果支持现场测试）</p> <p>4. 结合当前相关政策法规要求和兼容性规划，须支持 802.1x、Portal、MAC 地址认证、CA 证书认证、WAPI、802.1X WEP 等企业认证的方式满足内部不同场景认证方式的使用和选择，以及二维码审核认证、微信小程序认证、短信认证、临时访客账号等可用来满足外来访客接入认证需求，并且能够采集终端信息满足公安部信息安全要求。实现方式包含但不限于通过该系统支持 Portal 和 Radius 服务功能，实现兼容原有网络设备做认证统一平台，支持授权用户≥10K。提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）；</p> <p>5. 为降低网络建设的投资，充分结合单位当前现状和未来 5 年规划，网络认证模块须结合单位原有的认证中台，须支持的协议内容包含但不限于 RADIUS、微软 AD 域、LDAP、数据库(Oracle、MySQL、MS-SQL)、Portal2.0、AS 等外置认证服务器，实现 802.1x、Portal 等第三方认证方式，可作为后期其他网络服务接入网络的总认证平台；</p> <p>6. 支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构，实现不同</p>	
--	--	------	---	--

		<p>部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过 APP 或轻应用即可自助管理账号密码（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）；</p> <p>7. 为了解决网络安全准入的安全性问题，解决打印机等哑终端接入网络可能存在的隐患性问题，包括但不限于针对不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与 MAC 或 SN 进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求（提供功能截图证明）。</p> <p>8. 在针对非本单位人员采用 Portal 形式的认证方式，并支持我单位结合实际情况进行自定义修改，包括页面展示信息、页面标题、logo 信息、文字按钮、免责声明等信息，以及需要实现终端页面的自适应，推送合适匹配终端尺寸的 Portal 页面。充分展现我单位对外的展示窗口，提升单位整体形象。</p> <p>9. 访客网络场景须设定短信认证的有效期限设置和短信验证码的有效期限设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码</p>	
	<p>管理平台受控模块</p>	<p>1. 支持跨互联网进行远程部署模式，实现远程交换机管理配置模式。</p> <p>2. 支持平台一比一再现实交换机端口面板，可查看交换机面板端口接入状态、端口接入终端类型、交换机容量、端口负载、供电负载等，提供功能性截图证明加盖原厂公章</p> <p>3. 支持基于地址池进行用户终端 IP 地址画像管理，可以查看冲突的 IP 地址、获取 IP 地址失败的终端、地址池利用率、IP 分配次数分布等</p> <p>4. 支持通过控制器平台对交换机进行端口组划分、交换机组划分，可以根据交换机组进行策略下发</p> <p>5. 支持终端端口绑定、IP 绑定等</p> <p>6. 支持通过平台进行交换机 IP、VLAN、链路聚合、防环路、路由、组播、ACL、QoS 等 web 策略配置</p> <p>7. 支持自定义告警交换机设备、交换机端口、交换机离线预警告警机制，可通过手机 APP、短信等告警方式</p> <p>8. 支持自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者 MAC、攻击设备类型等维度</p> <p>9. 支持实时分析终端迁移趋势、离线趋势、闲置终端未使用天</p>	

			<p>数、迁移次数等</p> <p>10. 支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入</p> <p>11. 支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截</p> <p>12. 支持内网终端攻击服务类型占比分析、攻击事件分析、被攻击终端类型分布</p>	
21	无线 AP	吸顶无线 AP	<p>Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持 802.11ax 协议，支持 OFDMA 和 MU-MIMO，内置有独立的 AI 感知射频，整机最大接入速率 2.642Gbps*，支持 1 个千兆以太网口，支持安全感知、环境感知、业务感知；支持 PoE 和 12V/2A 本地供电；支持 802.1X/CA 证书/移动 OA/短信/多因素等多种认证方式、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化，因受控需要，需与集中运维管控平台同一品牌</p>	1 台
22	AP 供电模块	千兆 PoE 注入器	802.3at 30W 千兆 PoE 注入器	1 台
23	交换机	8 口接入交换机	<p>千兆交换机，8 个千兆电口，4 个千兆 SFP 光口；交换容量 $\geq 256\text{Gbps}/2.56\text{Tbps}$，包转发率 $\geq 27\text{Mpps}/102\text{Mpps}$，支持全端口线速转发；支持 NAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化，因受控需要，需与集中运维管控平台同一品牌。</p>	1 台
24	基础监控设备（支持远程、5G）		<p>1. 户外枪式摄像头4个：高清摄像枪机200万高清全彩 传感器类型：1/2 progressive Scan CMOS 图像尺寸：3840*2160 日夜转化模式：ICR红外滤片式支持背光补偿 感兴趣区域：ROI支持竹码流、子码流分别设置1个固定区域 3D数字降噪模式 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩率：32Kbps - 16Mbps 接口通讯：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 通用功能：一键恢复、防闪烁、双码流、心跳、镜像、密码保护、视频遮盖等 智能报警：移动侦测、遮盖报警、IP地址冲突、储存器满、非法访问等；</p> <p>2. 室内半球形安防摄像头4个：海康高清摄像半球机200万高清星光</p>	1套

	<p>图像尺寸：2560*1920</p> <p>图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等</p> <p>图像增强：背光补偿、透雾、3D数字降噪</p> <p>感兴趣区域：支持竹码流、子码流分别设置1个固定区域</p> <p>视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>视频压缩率：32Kbps - 16Mbps接口通讯：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口</p> <p>通用功能：一键恢复、防闪烁、双码流、心跳、镜像、密码保护、视频遮盖等</p> <p>智能侦测：越界侦测、区域入侵侦测</p> <p>硬盘录像机及硬盘（8T硬盘）：嵌入式硬盘录像机；8路双清双盘位；2000G监控专用硬盘存储时间≥30天；32寸监视器，TP-LINK1016T千兆16口交换机，1.2米35u网络机柜。系统升级：根据要求可后期选配智慧安防模块。</p>	
--	---	--

第四章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五、开标及评标”、“六、确定中标”及本章的规定评标。

一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策

1. 优采强采节能环保产品

1.1 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图。

1.2 属于节能产品品目清单中强制采购节能产品的则该投标产品不享受优惠政策。投标人所报产品属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖供应商公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，且为政府非强制采购节能、环境标志产品的，在价格、技术评审中，给予一定比例的加分：

在价格评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%）；

在技术评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%）。

1.3 投标人在报价文件中必须对属于节能、环境标志产品清单中的产品，单独分项报价（格式见附件 15、16）。

1.4 未按以上规定提供证书的不给予政策优惠，若节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受优惠政策。

2. 中、小微企业

2.1 若投标人为小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

1) 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格进行价格评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除。计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

投标人为小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）扫描件附于响应文件中。

3. 监狱企业

3.1 若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

3.2 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

3.3 法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件附于投标文件中，否则不给予价格扣除。

4. 残疾人福利性单位

4.1 若投标人为残疾人福利性单位，按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2 给予残疾人福利性单位产品的价格 10%的扣除；计算方法是：

最终价格=投标报价×(1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分分。

投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

4.3 成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人在投标文件中提供的涉及到政策加分项目的相关资料须一次性上传提交出示，不接受二次提交材料验证，由评标委员会检查验证。投标人所提

供的资料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给甲方造成损失的应当承担赔偿。

二、评审办法（选择其中之一）

本次采用最低评标价法（技术、服务等标准统一的货物服务项目）。投标文件应当满足招标文件全部实质性要求，投标报价最低的投标人为中标候选人。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

本次采用综合评分法。评标委员会将依据投标人投标文件对其资信、业绩、投标产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。

三、评标标准

（一）初步评审

评审方式	序号	评审因素	评审标准
资格性 评审	1	营业执照	《营业执照》（三证合一） （或由公证机关或发证机关 出具的证明）
	2	资质证书	投标人具有由国家行政主管 部门颁发的医疗器械生产许 可证或医疗器械经营许可证 或医疗器械经营备案凭证；
	3	法人或授权代表资格	法定代表人资格证明书或法 定代表人授权委托书

	4	政府采购供应商信用承诺书	政府采购供应商信用承诺书
符合性 评审	1	投标人名称	与营业执照、资质证书等一致
	2	投标文件签署	按招标文件要求加盖公章或法人签字或签字有法人有效授权
	3	投标方案	只有一个投标方案
	4	投标报价	只有一个有效报价
	5	投标货物清单	符合“货物需求一览表”的要求
	6	投标有效期	符合招标文件规定
	7	交货时间、地点、质保期或付款方式	符合招标文件规定

(二) 详细评审

根据项目实际编制

评审因素	分值	评审标准
商务部分	30.0	以满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{报价得分} = (\text{基准价} / \text{各供应商报价}) \times 30\% \times 100$ (得分保留四位小数)。 注：供应商投标报价不得超过采购预算，否则为无效报价。
技术部分	20.0	根据投标人提供的设计方案及设计图及对招标文件设计需求的响应程度，根据献血屋所在地区风格进行针对性设计，设计方案整体结构清晰、思路明确；方案效果表现具有较高的审美价值；在内容规划定位、空间设计、创新及特色性等方面具备充足的创意性、合理性、完整性及实用性得 20-12 分，设计方案整体结构较为清晰、思路较为明确；方案效果表现具有审美价值；在内容规划定位、空间设计、创新及特色性等方面具备较为充足的创意性、合理性、完整性及实用性得 12-5 分，设计思路缺乏，方案效果审美一般，在内容规划定位、空间设计、创新及特色性等方面的创意性、合理性、完整性及实用性差得 5-0 分。 未提供设计方案和设计图此处不得分。

	13.0	全部满足实质性条款要求的得 10 分；实质性条款有 1 项不满足的，为无效投标。每出现 1 条正偏离，加 1 分，最高加 3 分。非实质性条款每出现一条负偏离扣除基础分 1 分，扣完基础分为止。
	3.0	投标人所投产品选型合适、装机率高、运行使用效果稳定的得 3-2 分；投标人所投产品选型比较合适、装机率较高、运行使用效果较为稳定的得 2-1 分；投标人所投产品产品选型描述不清、装机率较低、运行使用效果不够稳定的得 1-0 分。
	4.0	根据所投产品整体技术性能、配置、维护因素进行评价：产品整体技术性能完全符合或高于采购需求、产品配置全面、产品使用稳定易于维护的得 4-3 分；产品整体技术性能完全基本符合采购需求、产品配置较低、产品使用稳定的得 3-1 分；产品整体技术性能完全不满足采购需求、产品配置低、产品使用稳定差不易于维护的得 1-0 分。
	3.0	根据投标人提供的产品配备备件和备选配件价格情况进行打分。备品备件齐全、方便调配更换、价格低的，得 3-2 分；备品备件基本齐全、调配期较长、价格较高的，得 2-1 分；备品备件不齐全、调配周期很长、价格高的，得 1-0 分。
	4.0	有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，供货组织方案方案详细明确、产品安装和调试的主要技术保证措施表述完整，切合实际，可操作性强，满足日常工作要求，得 4-3 分；供货组织方案比较明确、产品安装和调试的主要技术保证措施表述较完整，比较切合实际，基本能满足日常工作要求，得 3-2 分；供货组织方案一般、产品安装和调试的主要技术保证措施表述略模糊，一般能满足工作需求，得 2-1 分；方案不够明确、表述模糊、可操作性差，无法满足日常工作要求，得 0 分。
	3.0	对投标人为采购人提供的培训计划及方案进行综合评比，投标人为采购人提供的培训计划详细科学，培训方案严谨，使采购人处操作人员操作水平得到较高提升的，得 3-2 分；投标人为采购人提供的培训计划基本满足要求，通过培训使采购人处操作人员水平得到一定程度提升，得 2-1 分；投标人培训方案一般，培训计划较差，无法满足采购人处培训要求的，得 1-0 分

其他部分	5.0	对每个供应商提供的供货保障措施、安装调试方案、供货期安排等进行分析、比较，最高得5分；每有一项相对弱势，减1分，减完为止。
	8.0	对各供应商所投产品的质量保证和售后服务承诺（包括：免费质保期，超出质保期的维修方式、是否收费及收费标准，服务响应时间，故障排除时限等）进行比较打分，最高得8分；每有一项相对弱势，减1分，减完为止。
	5.0	近年来已完成的同类项目，每份得1分。须同时提供同一项目的中标通知书、合同和验收报告，三项缺一项不得分。同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。
	2.0	在满足招标文件质保期的基础上，每增加一年得1分，满分2分（以商务响应表中的质保期为准）。

四、结果确认（选择其中之一）

本项目按照**投标人须知资料表**由采购人委托评标委员会直接确定中标人。

本项目按照**投标人须知资料表**由评标委员会确定中标候选人名单，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。如采购人5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

第五章 投标文件格式

一、开标一览表

1. 开标一览表

报价单位：

项目编号	
项目名称	
包号	
投标人名称	
投标报价	大写： 小写：
交付日期(服务期限)	
备注	

投标人名称（公章）： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）： _____

日 期： 年 月 日

二、资格证明文件

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件
(扫描件)

a、《营业执照》(三证合一)(或由公证机关或发证机关出具的证明);

b、投标人具有由国家行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证;

3. 法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书

【注：自然人投标的无需提供】

致：（采购单位名称）_____

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：（董事长、总经理等）

系_____（投标人名称）的法定代表人（非法人组织的负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（非法人组织的负责人）身份证扫描件

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证复印件
（正面、背面）

投标人：_____（公章）

日期：_____年____月____日

4. 法定代表人（非法人组织的负责人）授权书

法定代表人（非法人组织的负责人）授权书

【注：自然人投标的无需提供】

（采购单位名称）：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人（非法人组织的负责人）姓名、职务）代表我单位授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的（合同名称/（项目名称、标段**））投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

被授权代表人身份证扫描件或复印件，可另外单页提供

（正面、背面）

附：

投标人（公章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）（签章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证号码：_____

授权代表：__（姓名）_____

授权代表身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

5. 政府采购供应商信用承诺书

本公司（联合体）郑重声明：

1. 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3. 承诺依法缴纳税收和社会保证资金；

供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺，若承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

供应商名称(公章)： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

说明：（1）供应商应按照相关法规规定如实作出承诺。

（2）按照采购文件的规定加盖本单位章（自然人响应的无需盖章，需要签字）。

6. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应当提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件扫描件。

2. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

三、商务及技术文件

7. 投标函

致：_____（采购人）

_____（投标人全称）法定代表人_____授权_____（被授权代表人姓名）全权参加贵方组织的_____（招标项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对_____（招标项目名称）进行投标，提交加密电子投标文件___份。

据此，签字代表宣布同意如下：

- (1) 投标报价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为 _____（用文字和数字表示），占投标总价 ____%。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起____个日历日。
- (4) 已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间_____（存在、不存在）投资关系（如有）。
- (5) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。
- (6) 按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (7) 我方保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。
- (8) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付中标服务费。
- (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： _____ 传真： _____

电话： _____ 电子函件： _____

投标人名称(公章)： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

8. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料

8.1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期： 年 月 日

8.3 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（若有）

9. 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

包号：

序号	产品名称	品牌	产地	规格型号	数量	单价	合计	生产厂家	备注
投标报价合计	大写： 小写：								

注：本表可依样扩展使用。供应商根据采购设备具体内容进行填报单价、合计、品牌型号、生产厂家、原产地等具体内容。

投标报价明细表各项目内容不允许缺项、漏项、自行增项。

所有设备均应填写报价，如免费应注明“免费”，如包含在其它项的报价中应注明“报价中已含”。

投标人名称(公章)： _____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： _____年____月____日

10. 技术响应表

技术规格参数偏离表

序号	招标文件条款		投标文件条款		备注
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：___

日期： 年 月 日

商务条款偏离表

序号	招标文件条款		投标文件条款		备注
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：___

日期： 年 月 日

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）报价货物的技术参数要实质上相当于或优于招标文件的货物要求，否则视为不响应招标文件的实质性要求。

（3）商务偏离中供货期、付款方式、质保期等条款的负偏离视为不响应招标文件的实质性要求。

11. 环境标志产品明细表

环境标志产品投标清单

价格单位：元

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	中国环境标志认证证书编号	环境标志认证证书有效截止日期	价格		
						单价	数量	小计
1								
2								
3							
合计								

说明：如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写并提供相关证明材料复印件（加盖供应商公章），若因供应商自身原因，本表填写错误，不给予价格、质量评审加分。

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日期： 年 月 日

12. 节能产品明细表

节能产品投标清单

价格单位：元

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	节能标志 认证证书 号	节能产品 认证证书 有效截止 日期	价格		
						单价	数量	小计
1								
2								
3							
合计								

说明：如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式填写本表并提供相关证明材料复印件（加盖供应商公章），若因供应商自身原因，本表填写错误，不给予价格、质量评审加分。

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期： 年 月 日

政府强制采购节能产品投标清单

价格单位：元

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	节能标志 认证证书 号	节能产品 认证证书 有效截止 日期	价格		
						单价	数量	小计
1								
2								
3							
合计								

说明：1、政府采购强制节能产品根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品政府采购品目清单确定。

2、如所投产品为节能产品，必须按规定格式填写本表并提供相关证明材料复印件（加盖供应商公章），否则按无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日 期： 年 月 日

13. 其他用于评分的证明材料

评分中要求的相关文件。

14. 业绩一览表

序号	采购单位 名称	采购 内容	合同 总价	签订合同时 间	联系人	联系 电话

注：（1）须提供同一项目的中标通知书、合同和验收报告原件扫描件，确保清晰可见，三项缺一项不得分。同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。

（2）投标文件业绩一览表中需提供真实的合同甲方联系人及电话。严禁弄虚作假，一经发现，按无效投标处理。

15. 投标其他材料
投标其他材料

16. 提供项目总体设计方案及设计图
提供项目总体设计方案及设计图

17. 货物清单

货物清单

项目名称：

包号：

序号	设备名称	品牌	产地	规格型号	性能以及指标

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

18. 选配件专用耗材售后服务优惠表格式自拟
选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）（格式自拟）

19. 产品情况说明

产品情况说明（包括品牌、型号、制造商、原产地、使用年限、物理性能、技术指标、性能指标、主要技术参数说明、制造标准、随机软件、产品宣传彩页或手册、国家及地方相关质量、验收标准及产品符合国家及地方质量、验收标准的情况等，所有技术指标必须表述清楚，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）

20. 供应商针对本项目具体的供货方案详细的技术支持与服务方案
供应商针对本项目具体的供货方案、详细的技术支持与服务（培训）方案；

21. 项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式自拟）

22. 供应商针对本项目制定的质量保证措施售后服务保障措施及服务承诺
供应商针对本项目制定的质量保证措施、售后服务保障措施及服务承诺（包括：质保期、备品备件的供应、维护方式、技术指导、上门服务响应时间、是否收费及收费标准、联系人、联系电话、质保期外的终身优惠服务方案等）；

23. 政策说明

一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策

1. 优采强采节能环保产品

1.1 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图。

1.2 属于节能产品品目清单中强制采购节能产品的则该投标产品不享受优惠政策。投标人所报产品属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，且为政府非强制采购节能、环境标志产品的，在价格、技术评审中，给予一定比例的加分：

在价格评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）。

1.3 投标人在报价文件中必须对属于节能、环境标志产品清单中的产品，单独分项报价（格式见附件）。

1.4 未按以上规定提供证书的不给予政策优惠，若节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受优惠政策。

2. 中、小微企业

2.1 若投标人为小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格进行价格评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除。计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

2.3 投标人为小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）扫描件附于响应文件中。

注：中小企业政策有关说明：

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，本次采购具体执行以下标准：

（2）本次采购标的所属行业的划型标准：工业（包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

工业：从业人员 1000 人以下或者营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人及以下或营业收入 300 万元及以下的为微型企业。

(3) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕646 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4) 成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(5) 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该（指生产企业）中小企业商号或者注册商标。

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3. 监狱企业

3.1 若供应商为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、

微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

3.2 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10%的扣除；
计算方法是：

最终价格=报价×（1-价格扣除比例），按照最终价格计算其价格分得分。

供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

4. 残疾人福利性单位

4.1 若供应商为残疾人福利性单位，〈〈三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知〉〉(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2 给予残疾人福利性单位产品的价格 10%的扣除；计算方法是：

最终价格=报价×（1-价格扣除比例），按照最终价格计算其价格分得分。

供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

4.3 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人在投标文件中提供的涉及到政策加分项目的相关资料须一次性上传提交出示，不接受二次提交材料验证，由评标委员会检查验证。投标人所提供的资料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给甲方造成损失的应当承担赔偿责任。

第六章 政府采购合同格式

合 同 书

甲 方：

乙 方：

签订时间：2022 年 月 日

合同编号：

项目名称：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1. 项目名称：_____。

2. 供货地点：_____。

二、供货期

_____。

三、质量标准

执行国家相关标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____；其中基础设施总价为（大写）
_____；专业设备总价为（大写）_____。

附件报价明细表。

2. 合同价格形式：人民币。

五、项目经理

供应商项目经理：_____。

六、资金来源

财政拨付资金。

七、付款方式

分期支付方式：(1)基础设施项目由各区县财政局一次性或分期付款。分期付款方式为2023年支付合同总额的30%货款，2024年支付合同总额的30%货款，2025年支付合同总额的40%货款。

(2)专业设备项目由市中心血站一次性或分期付款。分期付款方式为2023年支付合同总额的30%货款，2024年支付合同总额的30%货款，2025年支付合同总额的40%货款。

(3)以上资金付款根据财政部门拨付资金到位情况支付。

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台

有关事项的通知》【鲁政采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标或成交通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）合同条款；
- （4）技术标准和要求；
- （5）图纸（如果有）；
- （6）供货清单及报价表；
- （7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定供货，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

十二、签订地点

本合同在淄博市中心血站签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十五、合同份数

本合同一式五份,均具有同等法律效力,采购人执贰份,供应商执贰份,代理机构一份。

采购人:淄博市中心血站(公章)

供应商:(公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

住所:淄博市张店区北西六路 30 号

住所:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话: 0533-2775680

电 话:

传真:

传真:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

邮政编码:

邮政编码: