

## 2、报价明细表（包号：包1）

项目名称：淄博市周村区北郊镇中心卫生院医疗设备采购项目

序号	产品名称	品牌型号	技术规格及详细参数指标	数量	单位	厂家	单价（元）	合价（元）	备注
1	高压发生器装置	FSQ50MR	主逆变频率：500kHz 输出标称电功率：50kW 输入电源电压：380V 输入电源率:50Hz	1	台	普利德	88000	88000	无
2	X射线管组件	XQG50	旋转阳极 标称管电压：150kV 焦点：0.6/1.2 靶角：12° 管组件热容量：900kJ	1	套	普利德	76000	76000	无
3	限束器	XSQ30A	固有滤过：1mmAl（75kV） 电源：24V/ 5W	1	台	普利德	15000	15000	无
4	国产无线静态平板探测器	PLD-1717 CWE	图像传感器：非晶硅 有效像素尺寸：139 $\mu$ m 像素矩阵：3072x3072 灰阶：16bit 空间分辨率：3.7 Lp/mm DQE： $\geq$ 60%（0lp/mm）	1	台	普利德	106000	106000	无
5	影像处理工作站	DRA40	无	1	套	普利德	115000	115000	无
6	液晶显示器	P2421	屏幕尺寸：24" 工作频率：60Hz 最大分辨率：1920 x 1200 最大亮度：300cd/m <sup>2</sup> 可视角度：178°	1	台	戴尔	3000	3000	无
7	主机工作站	OptiPlex50 90 Tower 340536	内存大小：8GB 硬盘大小：128GB+1T 机械 硬盘	1	台	戴尔	7000	7000	无
8	胸片架	XPJ10B	运动方式：手动 片盒上下移动行程： 1500mm 片盒中心点离地最低高度： 350mm	1	套	普利德	10000	10000	无
9	滤线栅	JPI-1000	尺寸：425x426mm 栅比：10:1 密度：40L/cm 栅焦距：1m $\times$ 1，1.8m $\times$ 1	2	个	JPI	10000	10000	无

10	摄影床	SYC10B	床面尺寸：2254x810mm 床面板承载：200kg 片盒纵向行程：500mm 纵向移动范围：1000mm 横向移动范围：260mm	1	张	普利德	20000	20000	无
合计（元）		大写：450000.00 小写：肆拾伍万元整							

供应商名称（公章）：山东环丞医疗科技有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日期：2023 年 8 月 29 日