

投标报价表

项目名称：淄博市中心血站 2026 年度采血耗材采购项目

包：2

序号	产品名称	品牌型号	生产厂家	技术规格及配置要求	数量	报价（元）		交货时间	备注
						单价	小计		
1	氯化钠注射液	WEGO威高 1000ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	3200 袋	6.00	19200.00	分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间与采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
2	血液保存液	WEGO威高 600ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	5000 袋	9.40	47000.00	分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间与采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
3	真空采血管（酶免）	WEGO威高 EDTA-K26ml	威海威高采血耗材有限公司	后附	72000支	1.50	108000.00	分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间与采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
4	红细胞洗涤袋	WEGO威高 PT-F-400	山东威高输血技术装备有限公司	后附	500套	26.00	13000.00	分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间与采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无

									以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	
5	残余白细胞计数仪试剂	NanoEnTeK 50人份/盒	纳诺恩泰株式会社	后附	4盒	6000.00	24000.00		分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
6	复方甘油溶液	WEGO威高 160ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	40 袋	120.00	4800.00		分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
7	1000ml冰冻袋	WEGO威高 1000ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	20 袋	80.00	1600.00		分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
8	浓氯化钠溶液	WEGO威高 80ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	40 袋	28.00	1120.00		分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。	无

								其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	
9	100ml双联空袋	WEGO威高 100ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	300袋	1.50	450.00	分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
10	50ml四联空袋	WEGO威高 4*50ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	60 套	6.00	360.00	分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
11	25ml八联空袋	WEGO威高 8*25ml	山东威高输血技术装备有限公司	后附	100套	15.00	1500.00	分批供货，接到采购人的供货要求后 10 个工作日内能够送货上门并经验收合格，具体时间以采购人通知为准。因缺货或不能按时交货的或因产品质量问题的，采购人有权终止合同。其他因采购进口产品造成的供货期限的延长，须提前与采购人沟通，经采购人同意后，供货期相应顺延。	无
投标报价合计		大写：贰拾贰万壹仟零叁拾元整 小写：221030.00							

注：本表可依样扩展使用。供应商根据采购设备具体内容进行填报单价、合计、品牌型号、生产厂家、原产地等具体内容。

投标报价明细表各项目内容不允许缺项、漏项、自行增项。

所有设备均应填写报价，如免费应注明“免费”，如包含在其它项的报价中应注明“报价中已含”。如为“节能、环保产品”须注明。

投标人名称(公章)：山东威高输血技术装备有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2026年06月04日

技术规格及配置要求

技术规格及配置要求

氯化钠注射液

1000ml 氯化钠注射液；要求：符合中国药典 2015 版二部氯化钠注射液项下的规定；1000ml：9g。

血液保存液

600ml 血液保存液；要求：国标；ACD-A 配方，

真空采血管（酶免）

1、一次性使用人体静脉血样采集容器：

1) 型号规格：EDTA-K26ml

2) 试管型号规格：Ø12×100mm

3) 真空自动定量误差小于 5%以内；

4) 采血管材质为 PET 塑料，经射线灭菌、为无菌产品；

5) 灭菌塑料采血管有效期不少于 12 个月。

6) 产品能承受 3000g 离心力作用 10 分钟，不破裂、不泄露；

7) 生产环境满足：十万级或更高洁净级别的净化车间生产制造；

8) 可提供序号标签、双序号标签、透明标签、条码标签、双序号条码标签。

9) 头盖颜色为紫色，添加剂 EDTA-K2

红细胞洗涤袋

400ml 红细胞洗涤袋；要求：一次性无菌联袋，包括至少 3 袋 200ml 生理盐水，一袋空袋，1 袋 100ml 红细胞保养液，每个管路有止流夹。无菌包装。

残余白细胞计数仪试剂

规格：50 人份/盒；每盒包括：稀释液：20ml；质控液：7ml；载玻片：50 片

复方甘油溶液

1) 袋体组成：

1 个袋体：1*200ml 复方甘油溶液用塑料软袋（内装 160ml 复方甘油溶液）

2) 血袋袋体：

袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（TOTM 增塑）；袋体成型方式：压延成型

袋体外观：半透明，无杂质

血袋膜厚度：单层 0.38~0.44mm

3) 适应症：RH 阴性红细胞低温贮存保护剂

4) 导管

材料：PVC（TOTM 增塑）

外观：透明、柔软、不打折

管长：导管长 17cm，符合 GB14232.1 要求管径：3.2*4.6mm 管壁 0.65~0.75mm

拉力：承受 20N 拉力，15s 不产生泄漏

- 5) 标签:PP 进口材料标签, 不会被水浸泡破损, 不易腐坏
- 6) 灭菌方式:湿热灭菌(高温蒸汽)
- 7) 有效期:12 个月
- 8) 储存条件:密封, 在凉暗处保存

1000ml 冰冻袋

材质:环保 PE 膜, 内含冷凝胶颗粒可反复使用
浓氯化钠溶液

1) 袋体组成:

1*200mL 袋体(内含 80mL 氯化钠注射液(9%))或 2*200mL 袋体(内含 2*80mL 氯化钠注射液(9%))

2) 血袋袋体:

袋体材料:输血输液用软聚氯乙烯(DEHP 增塑):

袋体成型方式:压延成型

袋体外观:半透明, 无杂质

血袋膜厚度:单层 0.39-0.42mm

袋体水蒸气透出性能:在指定温湿度条件下(2-6℃:50%RH~60%RH), 42d, 血袋损耗质量分数不大于 2%;在血袋及内容物要求存储条件下, 血袋寿命期内(2 年), 水分损耗不大于 5%

3) 导管:

材料:PVC

外观:透明、柔软、不打折

拉力:承受 20N 拉力, 15s 不产生泄漏管长:15~18cm

4) 标签:烫印标签(直接烫印在血袋表面)

5) 灭菌方式:湿热灭菌(高温蒸汽)

6) 有效期:自灭菌之日起 2 年

7) 储存条件:密封, 在凉暗处(避光并不超过 20℃)保存

100ml 双联空袋

1) 袋体组成:1*100mL 空袋

2) 血袋袋体:

袋体材料:输血输液用软聚氯乙烯(DEHP 增塑);袋体成型方式:吹塑筒袋

袋体外观:半透明, 无杂质

血袋膜厚度:单层约 0.45mm

袋体水蒸气透出性能:在指定温湿度条件下(2-6℃:50%RH~60%RH), 42d, 血袋损耗质量分数不大于 2%;在血袋及内容物要求存储条件下, 血袋寿命期内(2 年), 水分损耗不大于 5%

3) 采血针:无

4) 导管:

材料:PVC

外观:透明、柔软、不打折

管长:>20cm, 终端热合封口或二通盖帽, 导管可根据需求选择是否套乳胶管

拉力:承受 20N 拉力, 15s 不产生泄漏

5) 标签:PP 进口材料标签, 不会被水浸泡破损, 不易腐坏

- 6) 灭菌方式:环氧乙烷灭菌 (E0)
- 7) 有效期:自灭菌之日起 2 年
- 8) 其他性能:理化性能及生物性能符合 GB14232.1 要求
- 9) 储存条件:储存在相对湿度不大于 80%, 无腐蚀性气体, 阴凉干燥、通风良好、清洁、远离含氯类消毒物品的环境中

50ml 四联空袋

- 1) 袋体组成:4*50mL 空袋
- 2) 血袋袋体:
袋体材料:输血输液用软聚氯乙烯 (DEHP 增塑):
袋体成型方式:吹塑筒袋
袋体外观:半透明, 无杂质
血袋膜厚度:单层约 0.45mm
袋体水蒸气透出性能:在指定温湿度条件下 (2-6℃:50%RH~60%RH), 42d, 血袋损耗质量分数不大于 2%;在血袋及内容物要求存储条件下, 血袋寿命期内 (2 年), 水分损耗不大于 5%
- 3) 采血针:无
- 4) 导管:
材料:PVC
外观:透明、柔软、不打折
管长:>20cm, 终端热合封口或二通盖帽, 导管可根据 (采购方需求选择是否套乳胶管
拉力:承受 20N 拉力, 15s 不产生泄漏
- 5) 标签:PP 进口材料标签, 不会被水浸泡破损, 不易腐坏
- 6) 灭菌方式:环氧乙烷灭菌 (E0)
- 7) 有效期:自灭菌之日起 2 年
- 8) 其他性能:理化性能及生物性能符合 GB14232.1 要求
- 9) 储存条件:储存在相对湿度不大于 80%, 无腐蚀性气体, 阴凉干燥、通风良好、清洁、远离含氯类消毒物品的环境中

25ml 八联空袋

- 1) 袋体组成:8*25mL 空袋
- 2) 血袋袋体:
袋体材料:输血输液用软聚氯乙烯 (DEHP 增塑):
袋体成型方式:吹塑筒袋
袋体外观:半透明, 无杂质
血袋膜厚度;单层约 0.45mm
袋体水蒸气透出性能:在指定温湿度条件下 (2-6℃:50%RH60%RH), 42d, 血袋损耗质量分数不大于 2%;在血袋及内容物要求存储条件下, 血袋寿命期内 (2 年), 水分损耗不大于 5%
- 3) 采血针:无
- 4) 导管:
材料:PVC
外观:透明、柔软、不打折、终端热合封口

拉力:承受 20N 拉力, 15s 不产生泄漏

5) 标签:PP 进口材料标签, 不会被水浸泡破损, 不易腐坏

6) 灭菌方式:环氧乙烷灭菌(E0)

7) 无菌有效期:自灭菌之日起 2 年

8) 其他性能:理化性能及生物性能符合 GB14232.1 要求