

投标报价表

项目名称：淄博市中心血站 2026 年度采血耗材采购项目

包：8

序号	产品名称	品牌型号	生产厂家	技术规格及配置要求	数量	报价（元）		交货时间	备注
						单价	小计		
1	Hb 测试片 (血红蛋白)	品牌：博旭 型号：BS-201	杭州博旭生物技术有限公司	1、检测原理及检测项目：分光光度法定量检测血红蛋白； 2、样本类型：静脉全血、毛细血管全血； 3、样本加样量：8 μL； 4、检测时间：≤2 秒； 5、检测范围：0-260g/L； 6、HCT 范围 0-75%； 7、计量浓度单位：g/dL、g/L、mmol/L； 8、重复性标准差(SD)在[0g/L-100g/L]范围内，测试结果的标准差(SD)应不大于 2g/L(提供了国家认可的检验机构出具的检验报告原件复印件并加盖公章)； 9、重复性变异系数(CV)：在(101g/L-260g/L)范围内，测试结果的变异系数(CV)应不大于 2% (提供了国家认可的检验机构出具的检验报告原件复印件并加盖公章)； 10、准确性：在[0g/L-100 g/L]范围内，测试结果的绝对偏差不大于 4g/L 范围内；在(101 g/L-260 g/L)范围内，测试结果的相对偏差不大于 4% (提供了国家认可的检验机构出具的检验报告原件复印件并加盖公章)； 11、线性：在0g/L-260g/L 范围内，线	81250	3.4	276250	接到采购人的供货要求后 5 个工作日内送货上门并经验收合格。	/

				<p>性相关系数 R 值\geq0.98 (提供了国家认可的检验机构出具的检验报告原件复印件并加盖公章);</p> <p>12、血红蛋白检测片特点: 直接虹吸采样, 无需移液枪、毛细玻璃管等加样方式;</p> <p>13、血红蛋白检测片储存条件: 0$^{\circ}$C~50$^{\circ}$C干燥处密封保存, 避免阳光直射;</p> <p>14、血红蛋白检测片试用温度范围: 10$^{\circ}$C~40$^{\circ}$C;</p> <p>15、血红蛋白检测片试用湿度范围: 5%~90%;</p> <p>16、血红蛋白检测片有效期: 24 个月;</p> <p>17、专用配套设备电源: 直流 6V, 4 节 AAA 电池供电;</p> <p>18、专用配套设备重量: \leq330 克 (含电池);</p> <p>19、专用配套设备开关机: 开机 1 秒完成, 关机 1 秒完成;</p> <p>20、专用配套设备数据传输功能: 具有 TypeC 数据传输接口进行数据传输及蓝牙数据传输功能;</p> <p>21、专用配套设备使用期限: 10 年。</p>					
2	一次性止血带	品牌: 杰尼斯 型号: JYZ-B 点连式	宁波杰尼斯 高分子科技 有限公司	<p>1、外观: 止血带应清洁, 不允许有脏污; 无破洞和杂质, 色泽均匀, 圆盘无拼接; 表面无尘粉。</p> <p>2、基本尺寸: 止血带长度 380mm\pm10mm, 宽度为 25mm\pm1mm, 厚度为 0.65mm\pm0.03mm</p> <p>3、物理性能: 硬度符合 50\pm5A 最大荷重\geq15N 伸长率\geq400%</p>	18000	0.9	16200	接到采购人的供货要求后 5 个工作日内送货上门并经验收合格。	/

				<p>断裂拉伸强度$\geq 3.8\text{mpa}$</p> <p>4、包装： 包装完整无破损、无污染 印刷清晰、信息正确</p> <p>5、提供了国家认定的第三方检测机构对于一次性止血带原材料对皮肤致敏性、刺激性、细胞毒性的检测合格报告原件扫描件。</p> <p>6、设计：点连式、易断开。</p> <p>7、有效期：36个月。</p> <p>8、包装规格：50条每盒。</p>					
3	自粘绷带	<p>品牌：宏迈</p> <p>型号：I型</p> <p>/5cm*450cm</p>	<p>温州世科医疗器械有限公司</p>	<p>1. 材质：医用无纺布材质，透气性好，防水性强，弹性好。可直接接触皮肤，无刺激性，无纺织边缘，方便使用，压力可调。</p> <p>2. 包装规格：每卷独立包装，单卷包装上有备案注册信息、批号效期、型号规格、生产企业名称等。</p> <p>3. 尺寸：5cm\times4.5m（误差范围$\pm 5\%$）</p> <p>4. 弹性（伸长率）：$\geq 70\%$，粘着性：弹性绷带粘着性剥离强度$\geq 1.0\text{N}/2.5\text{cm}$，回缩率：弹性绑带回缩率应不大于40%。</p> <p>5. 低敏粘胶，耐受性好，不粘皮肤、毛发。可直接接触皮肤，无皮肤刺激性，无迟发性过敏反应。（提供国家认定的第三方检测机构对于弹性绷带皮肤致敏性、皮肤刺激性、体外细胞毒性的检测合格报告原件扫描件）</p> <p>6. 有效期≥ 36个月。</p>	9002	5.5	49511	<p>接到采购人的供货要求后5个工作日内送货上门并经验收合格。</p>	/
投标报价合计		<p>大写：叁拾肆万壹仟玖佰陆拾壹元整 小写：341961.00元</p>							

注：本表可依样扩展使用。供应商根据采购设备具体内容进行填报单价、合计、品牌型号、生产厂家、原产地等具体内容。

投标报价明细表各项目内容不允许缺项、漏项、自行增项。

所有设备均应填写报价，如免费应注明“免费”，如包含在其它项的报价中应注明“报价中已含”。如为“节能、环保产品”须注明。

投标人名称(公章)： 济南博旭智康生物技术有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： 2026年6月4日